ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΥΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1. Υλικό κατασκευής	Να είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Βάρος (Kgr)	Να αναφερθεί
3. Διαστάσεις επιφάνειας	50 X 70 cm περίπου
4. Ρυθμιζόμενο ύψος	90 – 140 cm περίπου
5. Μέγιστο φορτίο (Kgr)	Να αναφερθεί
6. Ρύθμιση ύψους	η κίνηση της κολώνας ανύψωσης να γίνεται μέσω ποδοκίνητου μοχλού (πεντάλ) που θα λειτουργεί υδραυλικά με ενσωματωμένη αντλία (κλειστό υδραυλικό σύστημα)
7. Επιφάνεια τραπεζιού εργαλειοδοσίας	Να φέρει πρεσσαριστή επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά, όλες δε οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες.
8. Σύστημα πέδησης	τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι, αντιστατικοί τροχοί με φρένο σε τουλάχιστον δύο τροχούς
9. Διάμετρος τροχών	Να αναφερθεί.
10. Καθαρισμός - απολύμανση	όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα
11. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους	ΝΑΙ εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης
13.Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη της συσκευής	Δυο έτη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
1	Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
2	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03
3	Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
4	Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ΕΤΗ
5	Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ