

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΖΥΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή να αντέχει σε υψηλά βάρη	Ναι. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματικούς χώρους (ιατρεία, νοσοκομεία) .
Λειτουργία με 220v ή/και κοινές μπαταρίες του εμπορίου	ναι, να αναφερθεί ο τύπος και η διάρκεια των μπαταριών
Βάρος ζύγισης	περίπου 250 Kgr
Διαβάθμιση βάρους	100 gr
Απόβαρο (TARE)	ναι
Λειτουργία Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)	ναι
Πάγωμα ένδειξης (HOLD)	ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση	ναι
Να διαθέτει πιστοποιητικό διακρίβωσης	Ναι, να κατατεθεί
Ο προμηθευτής να δύναται να αναλαμβάνει την διακρίβωση του ζυγού, εάν του ζητηθεί	Ναι, εάν υπάρχει η δυνατότητα να αναφερθεί , καθώς επίσης και το κόστος της διακρίβωσης.
Η ζυγαριά θα παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία	Ναι, η συναρμολόγηση, εάν απαιτείται, θα γίνει από τον προμηθευτή. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Εναλλακτικά για το παραπάνω είδος μπορεί να κατατεθεί η υπουργική απόφαση δυ8δ/γ.π. οικ.1348/07-01-04.

Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ΕΤΗ

Χρόνος παράδοσης 30 ημέρες

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ**  
**ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**