

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
«ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 07/12/2017

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αεροστρώματος κλίνης της υπομονάδας του Νευροχειρουργικού τμήματος

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αεροστρωμάτων κλίνης της υπομονάδας του Νευροχειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου σας, η εταιρία μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει τις εξής προτάσεις προς δικής σας αξιολόγηση:

Αερόστρωμα:

1. Να εξυπηρετεί την πρόληψη και την θεραπεία κατακλίσεων υψηλού κινδύνου (high risk)
2. Να διαθέτει πολλαπλές αεροκυψέλες, οι οποίες σε περίπτωση διάτρησής να μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα και να μπορεί να επιτυγχάνει αποτελεσματική θεραπεία (Therapeutic Weight limit) για βάρος ασθενούς τουλάχιστον 160 Kgr.
3. Κάθε κυψέλη αέρος να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίζουν μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας στον ασθενή (να αναφερθεί η σχετική τεχνολογία).
4. Να διαθέτει λειτουργικό διακόπτη on/off που να απομακρύνει τον αέρα ταχύτατα σε περιπτώσεις ανάγκης CPR. Ο διακόπτης CPR να βρίσκεται σε εμφανές σημείο κοντά στον θώρακα του ασθενούς ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην ανταπόκριση.
5. Το στρώμα να διατηρεί τον αέρα στο εσωτερικό του τουλάχιστον δώδεκα ώρες για περιπτώσεις μεταφοράς ή διακοπής ρεύματος. Να φέρει επίσης μάντες για την σταθεροποίησή του επί της κλίνης.
6. Να φέρει ειδική υποδοχή τοποθέτησης του καλωδίου τροφοδοσίας και να είναι πλενόμενο σε πλυντήριο.
7. Οι σωλήνες σύνδεσης του στρώματος με την μονάδα ελέγχου να είναι ειδικής κατασκευής ώστε να αντιμετωπίζουν προβλήματα στρέβλωσης και απόφραξης του αέρα.

Κάλυμμα

1. Το κάλυμμα να είναι αποσπώμενο, πλενόμενο σε πλυντήριο, να είναι διελαστικό, αναπνέον και οι ραφές του να εμποδίζουν την εισροή βιολογικών υγρών εντός του στρώματος.
2. Να είναι βραδύκαυστο, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό και βιοσυμβατό. (Να αναφερθούν τα πρότυπα κατασκευής).

Δ. Κορτέσης & Σια Ε.Ε.

Οδυσσέως 25, Κερατσίνι, τ.κ.18758
ΔΟΥ: Ε΄ Πειραιά – ΑΦΜ: 999658897
Τηλ.: 2104321612 – Fax: 2104321796
E-mail: dcor@cmedical.gr
Web Site: www.cmedical.gr



Πιστοποιήσεις

- ✓ Iso9001:2008 & Iso 13485:2012
- ✓ YA 1384:2004
- ✓ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
- ✓ Ανακύκλωση Ηλεκτρικών στηλών ΑΦΗΣ

Μονάδα Ελέγχου

1. Η μονάδα ελέγχου να διαθέτει ειδικό πλήκτρο μέγιστης πλήρωσης αέρα του αεροστρώματος ώστε να διευκολύνεται το έργο του νοσηλευτικού προσωπικού στην καθημερινή φροντίδα και περιποίηση των ασθενών.
2. Χρόνος κύκλου μεταβλητής πίεσης τουλάχιστον 15 min ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση του ασθενούς (Να κατατεθούν σχετικές μελέτες).
3. Δυνατότητα κυκλοφορίας αέρα κάτω από το κάλυμμα ώστε να βοηθά να παραμείνει το δέρμα του ασθενούς στα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας.
4. Αυτόματη ρύθμιση της πίεσης εναλλαγής του αέρα ανάλογα με το βάρος, την θέση και την κίνηση του ασθενούς και επιπλέον δυνατότητα από τον χρήστη ρύθμισης της εφαρμοζόμενης πίεσης ώστε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη άνεση στον ασθενή.
5. Δυνατότητα εφαρμογής συνεχούς χαμηλής πίεσης στον ασθενή με αυτόματη ρύθμιση πίεσης του αέρα ανάλογα με το βάρος, την θέση και την κίνηση του ασθενούς, μέσω επεξεργαστή και επιπλέον δυνατότητα από τον χρήστη ρύθμισης της εφαρμοζόμενης πίεσης ώστε να εξασφαλίσει την μεγαλύτερη άνεσή του
6. Να φέρει διακόπτες αφής επί της μονάδος ελέγχου για εύκολο καθαρισμό και δυνατότητα κλειδώματος των ρυθμίσεων για την αποφυγή μη επιθυμητών αλλαγών στην λειτουργία του.
7. Η μονάδα έλεγχο να φέρει LCD οθόνη επί της οποίας να απεικονίζονται τα σχετικά μηνύματα των συναγερμών για περιπτώσεις χαμηλής πίεσης, πρόβλημα στον κύκλο εναλλαγής πίεσης, βλάβης στην αντλία και διακοπής ρεύματος τουλάχιστον, με τον αντίστοιχο ακουστικό συναγερμό.
8. Στην είσοδο της αντλίας να υπάρχει αποσπώμενο (χωρίς την χρήση εργαλείων) φίλτρο για την εύκολη αντικατάσταση και από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Σημαντική Σημείωση:

Η εταιρία μας δεν διαθέτει στρώμα κατάκλισης Class II τύπου B αλλά Class II τύπου A

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,
Για την Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε.

Κορτέσης Διαμαντής
Γενικός Διευθυντής

Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε.

Οδυσσέως 25, Κερατσίνι, τ.κ.18758
ΔΟΥ: Ε΄ Πειραιά – ΑΦΜ: 999658897
Τηλ.: 2104321612 – Fax: 2104321796
E-mail: dcor@cmedical.gr
Web Site: www.cmedical.gr



Πιστοποιήσεις

- ✓ Iso9001:2008 & Iso 13485:2012
- ✓ YA 1384:2004
- ✓ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
- ✓ Ανακύκλωση Ηλεκτρικών στηλών ΑΦΗΣ