



I.M. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.

Προς

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 114/17

Αθήνα, 03/11/2017

Θέμα: Σχόλια επί της Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του τμήματος Αιμοδοσίας

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του τμήματος Αιμοδοσίας στην ενότητα 2.2. Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ (τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος με τεχνική γέλης ή μικροσφαιρίδια) θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

- 1) Επειδή το εργαστήριο Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού έχει αυξημένο όγκο καθημερινής εργασίας είναι απαραίτητο να αναφερθούν ελάχιστα όρια παραγωγικότητας (π.χ. 30 διασταυρώσεις/ώρα). Επίσης να οριστεί η ελάχιστη χωρητικότητα του υποδοχέα δειγμάτων για εφάπαξ φόρτωση και ο ελάχιστος αριθμός αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την αυτόνομη λειτουργία του αναλυτή.
- 2) Για την ασφάλεια των αποτελεσμάτων πρέπει να επισημανθεί ότι στο τέλος της διαδικασίας η εικόνα κάθε αντίδρασης διαβάζεται και από τις δύο πλευρές της κασέτας και μετά γίνεται η ερμηνεία του αποτελέσματος.
- 3) Να αναφερθεί το μενού των εξετάσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει ο αναλυτής.
- 4) Στα επείγοντα δείγματα και για τις ζητούμενες εξετάσεις να οριστεί ο χρόνος έκδοσης πρώτου αποτελέσματος.

Με εκτίμηση,

ΕΧΡΟΛΑΒ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΑΡΥΤΤΟΥ 8 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΕΚΒ. ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 15343
ΑΦΜ: 094128820 - ΑΦΔ: 270173 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6072700 - FAX: 210 6072760

