

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ: A18008

**ΠΡΟΣ:**

**Γ.Ν ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ**

**ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»**

Αξιότιμη Κύριοι,

Αναφερόμενοι στη Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του τμήματος αιμοδοσίας του Νοσοκομείου σας, αποστέλλουμε με email τις προτάσεις της εταιρείας μας.

Για τη ζητούμενη εξέταση **№ 5 «ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΩΝ HBV, HCV ΚΑΙ HIV»** προτείνουμε :

Η μέτρηση να γίνεται σε σύστημα ταχείας μοριακής τεχνικής PCR πραγματικού χρόνου (**REAL TIME PCR**)

Σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές

1. Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελείται από όσο το δυνατόν λιγότερες λειτουργικές μονάδες για εξοικονόμηση χώρου στο εργαστήριο.
2. Όλες οι ζητούμενες εξετάσεις να εκτελούνται στον ίδιο αναλυτή, ώστε το εργαστήριο να μη χρειάζεται επιπλέον αναλυτή ή επιπλέον εκπαίδευση χρηστών για να καλύψει τις ανάγκες του.
3. Η χρήση του αναλυτή να μην απαιτεί εξειδικευμένους στις μοριακές τεχνικές χρήστες.
4. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αυτόματης εκχύλισης του γενετικού υλικού στο ίδιο αναλυτικό όργανο.
5. Όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκχύλιση του γενετικού υλικού καθώς και την PCR πραγματικού χρόνου να βρίσκονται σε ποσότητες ικανές για μία εξέταση (μονοτεστ) σε περιέκτες μιας χρήσης και σε όσο το δυνατόν μικρότερες συσκευασίες.
6. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να ανήκουν στον ίδιο κατασκευαστή οίκο. Να φέρουν απαραίτητα την σήμανση CE mark IVD.
7. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό για την ανάλυση και απόδοση των αποτελεσμάτων. Θα εκτιμηθεί η απόδοση του αποτελέσματος με όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο τρόπο για τη διευκόλυνση των χειριστών.
8. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα άμεσης διενέργειας εξετάσεων σε πλάσμα ή ορό αίματος ( για το HCV να γίνεται και απευθείας στο αίμα -, αιτούμενη



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Μελίτωνα 5-7, Γέρακας Αττικής Τ.Κ. 153 44 – Τηλ.:+30 210 6606000 – FAX:+30 210 6612666

e-mail:medicon@mediconsa.com, <http://www.mediconsa.com>

ΑΡ. ΓΕΜΗ 414401000, πρώην ΑΡ. ΜΑΕ.: 16439/06/Β/88/24 – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ Χ. Α. Α.

- ποσότητα 100 μl ) και **το αποτέλεσμα να λαμβάνεται σε περίπου μια ώρα**, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για την εκχύλιση του γενετικού υλικού.
9. Ο αναλυτής να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα διαφορετικές εξετάσεις (Random Access).
10. Να υπάρχει η δυνατότητα έναρξης εκτέλεσης των διαφορετικών εξετάσεων από διαφορετικούς χρήστες ταυτόχρονα ή σε διαφορετική χρονική στιγμή.
11. **Κάθε μονοτέστ να αυτοματοποιεί πλήρως την εξέταση συμπεριλαμβανομένου την εξαγωγή του RNA , την εκχύλιση , τη reverse transcription καθώς και τον real time ποσοτικό προσδιορισμό του cDNA.**

Με εκτίμηση,

**MEDICON HELLAS A.E.**  
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  
& ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
ΜΕΛΙΤΩΝΑ 5-7 Τ.Κ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ  
ΤΗΛ.: 210 6606000 - FAX: 210 6612666  
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 414401000  
ΑΦΜ: 094240321 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

*M. Impertis*

Αλιμπέρτης Μιχάλης



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.