

I.M. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.

Προς:

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Πρωτ: 057/18

Αθήνα, 05/04/2018

Θέμα: Σχόλια επί της Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του τμήματος Αιμοδοσίας (έως 05/04/2018).

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του τμήματος Αιμοδοσίας, στην ενότητα 2.2. Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ (τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος με τεχνική γέλης ή μικροσφαιρίδια) θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

- 1) Το εργαστήριο Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού έχει αυξημένο όγκο καθημερινής εργασίας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να οριστεί η ελάχιστη χωρητικότητα του υποδοχέα δειγμάτων για εφάπαξ φόρτωση (πχ 30 δείγματα) και να τίθεται ένα κάτω αποδεκτό όριο για αυτόνομη λειτουργία του αναλυτή (πχ 80 διασταυρώσεις με επιβεβαίωση ομάδας / ημέρα) χωρίς να απαιτείται επιανατροφοδότηση ίου αναλυτή με ανιιδραστήρια ή αναλώσιμα.
- 2) Για την ασφάλεια των αποτελεσμάτων να επισημανθεί ότι στο τέλος της διαδικασίας η εικόνα κάθε αντίδρασης θα διαβάζεται και από τις δύο πλευρές της κασέτας θα ακολουθεί η ερμηνεία του αποτελέσματος και οι εικόνες μαζί με τα αποτελέσματα θα αποθηκεύονται στον αναλυτή.
- 3) Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα μπορούν να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους όλες τις δυνατές εξετάσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει ο αναλυτής.
- 4) Στα επείγοντα δείγματα και για τις ζητούμενες εξετάσεις να οριστεί ο χρόνος έκδοσης πρώτου αποτελέσματος (πχ 20 λεπτά).
- 5) Να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης για επικύρωση των αποτελεσμάτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.
- 6) Να περιγραφούν οι διαδικασίες με τις οποίες ο αναλυτής εξαλείφει τις πιθανές επιμολύνσεις σε δείγματα και αντιδραστήρια.

ΑΘΗΝΑ: Γαργιτού & Αχέροντος 1, 153 43 Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 210 60 72 700 , Fax: 210 60 72 760, e-mail: info@jmkyriakidis.gr • www.jmkyriakidis.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αμοιλιανής & Κουντουριώτου 2, 553 37 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 231 094 83 31, 231 094 83 41, Fax: 231 094 83 41, e-mail: thessaloniki@jmkyriakidis.gr



I.M. KYRIAKIDHS A.E.

- 7) Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα για λόγους οικονομίας, να χρησιμοποιεί μερικώς χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια (κάρτες).
- 8) Να οριστούν οι ζητούμενες ετήσιες εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αναλυτή.

Με εκτίμηση,

Ι. Μ. KYRIAKIDHS A.E.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΓΑΡΥΤΤΟΥ & ΑΧΕΡΟΝΤΟΥ 1
153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ. 210 6072700 FAX: 210 6072770
ΑΦΜ: 094125320 ΔΟΥ: ΦΑΡ ΔΩΝΟΝ

ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ