



Υπόψη : Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017  
Αρ.Πρωτ.: 827ασ

**Θέμα : ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ», «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ» και «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ».**

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της προσκλήσεώς σας στις 17 Μαρτίου 2017, για τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τις «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ», τις «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ» και τις «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ», η εταιρεία μας **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε** με την παρούσα καταθέτει τις προτάσεις της επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της ευρύτερης συμμετοχής των υποψηφίων προμηθευτών:

**«ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ»  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)**

**Προδιαγραφή 7.** Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης ξεχωριστού πρωτοκόλλου για κάθε θέση.

Προτείνουμε την παρακάτω επαναδιατύπωση της προδιαγραφής 7:

**Επαναδιατύπωση Προδιαγραφής 7.** Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης ξεχωριστού πρωτοκόλλου για κάθε θέση ή ανά ομάδες θέσεων πλακιδίων.

Προτείνουμε επίσης να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: «Να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης επίδειξης λειτουργίας του αυτόματου συστήματος και διεξαγωγής της μεθοδολογίας με τα συμβατά αντιδραστήρια και με τα αντισώματα που χρησιμοποιεί το εργαστήριο, προς αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, στο χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος».

**«ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ»  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)**

**Προδιαγραφή 7.** Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης ξεχωριστού πρωτοκόλλου για κάθε θέση.

Προτείνουμε την παρακάτω επαναδιατύπωση της προδιαγραφής 7:

**Επαναδιατύπωση Προδιαγραφής 7.** Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης ξεχωριστού πρωτοκόλλου για κάθε θέση ή ανά ομάδες θέσεων πλακιδίων.

Προτείνουμε επίσης να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: «Να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης επίδειξης λειτουργίας του αυτόματου συστήματος και διεξαγωγής της μεθοδολογίας με τα συμβατά αντιδραστήρια και με τα αντισώματα που χρησιμοποιεί το εργαστήριο, προς αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, στο χώρο του αιμοπαθολογοανατομικού τμήματος».

**«ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ»  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)**

**Προδιαγραφή 13.** Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης ξεχωριστού πρωτοκόλλου για κάθε θέση.

Προτείνουμε την παρακάτω επαναδιατύπωση της προδιαγραφής 13:

**Επαναδιατύπωση Προδιαγραφής 13.** Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης ξεχωριστού πρωτοκόλλου για κάθε θέση ή ανά ομάδες θέσεων πλακιδίων.

Προτείνουμε επίσης να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: «Να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης επίδειξης λειτουργίας του αυτόματου συστήματος και διεξαγωγής της μεθοδολογίας με τα συμβατά αντιδραστήρια και με τα αντισώματα που χρησιμοποιεί το εργαστήριο, προς αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, στο χώρο του κυτταρολογικού τμήματος».

Με εκτίμηση,

Για τη

**Βιοδυναμική ΑΕ**

Κουμπος Δημήτριος  
Προϊστάμενος Πωλήσεων