

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΚΑΠΕΛΟ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σ.Β.		
%	A.	ΓΕΝΙΚΑ
		Χειρουργικό καπέλο για επεμβατική ακτινολογία.
%	B.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	1.	Συγκράτηση σκεδαζόμενης ακτινοβολίας Ναι, μείωση ακτινοβολίας 90% περίπου. Να αναλυθεί
	2.	Εύκαμπτο Να αναφερθεί το υλικό
%	Γ.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	1.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, productdata, manual κλπ).
	2.	Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.
	3.	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO 13485:03 ή νεότερο (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
	4.	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 ή νεότερο, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
	5.	Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ