

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ - ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1. Σήμανση CE	ΝΑΙ
2. Βάρος (kg)	Να αναφερθεί
3. Διαστάσεις (ΜxΒ)	70 x 50 cm περίπου
4.Υλικό κατασκευής	Ανθεκτικής και ελαφριάς κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα ή κράμα μετάλλων
5.Επιφάνειες εργασίας	Να φέρει δύο (2) επιφάνειες εργασίας 60 x 45cm περίπου με στρογγυλεμένες γωνίες, εύκολα πλενόμενες, ανθεκτικές στα απολυμαντικά
6.Στην κάτω επιφάνεια να δύναται να φέρει προστατευτικό πλαίσιο για την ασφαλή μετακίνηση εξοπλισμού.	ΝΑΙ
7. Το τροχήλατο να συνοδεύεται από:	<ul style="list-style-type: none"> - Δυο συρτάρια κάθετα μεταξύ τους, προσθαφαιρούμενα και να φέρουν αθόρυβο μηχανισμό και σύστημα συγκράτησης. Οι μετώπες των συρταριών να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από συμπαγές απαραμόρφωτο, άθραυστο, αντιμικροβιακής σύστασης, χωρίς πόρους υλικό και να φέρουν εργονομικές χειρολαβές. - Διανομέα - θήκες φαρμάκων στην επάνω επιφάνεια
8.Σύστημα κίνησης	Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) διπλούς, αντιστατικούς, περιστρεφόμενους τροχούς, με ελαστικούς προσκρουστήρες και φρένο τουλάχιστον σε δυο τροχούς.
9. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους	ΝΑΙ εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης
10. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων	ΝΑΙ
11. Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη της συσκευής	Δυο έτη