



ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ <<ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ>>

ΥΠ' ΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ, 12/10/2016

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις – προτάσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την
Προμήθεια Μονάδας (UNIT) ΩΡΛ

Κύριοι,

Σε συνέχεια της με ημερομηνία 06/10/2016 ανάρτησης - πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας σχετικά με την Κατάθεση παρατηρήσεων – προτάσεων των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Μονάδας (UNIT) ΩΡΛ, σας παραθέσουμε τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας.

Αναλυτικότερα,

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ

Προτείνεται:

Για να είναι ολοκληρωμένες και ξεκάθαρες οι περιγραφές των συγκεκριμένων ειδών προκειμένου και οι προσφορές των εταιρειών να είναι πιο ακριβείς και κατ'επέκταση συγκρίσιμες και αξιολογήσιμες από την Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρωθούν κάποια επιπλέον στοιχεία όπως:

Ενδοσκόπιο λάρυγγος 70° διαμέτρου 6mm και μήκους 160cm.

Ενδοσκόπιο μύτης 0° 2,7mm ή 2,8mm και μήκους 140mm ή 195mm.

ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προτείνεται:

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι οι κατασκευαστές δεν αναφέρουν αντιστοιχία σε LUX για πηγές LED. Συνεπώς, παρακαλούμε όπως ελέγξετε αν είναι δόκιμη η ζητούμενη προδιαγραφή.



ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ (Full High Definition)

Προτείνεται:

Για το σύστημα αυτόματης ίριδος παρακαλούμε όπως αναγραφεί ότι η φωτεινότητα του συστήματος προσαρμόζεται αυτόματα από την κάμερα για να προσφέρει τον κατάλληλο φωτισμό κάτω από όλες τις συνθήκες.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δια την **ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ**

