



**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 2^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΤΗΣ 10-10-2016**

Στα πλαίσια της δεύτερης διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών καταθέτουμε ερωτήματα μας προς διευκρίνιση:

1.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Στη σελίδα 1 αναγράφεται: *«Οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα αναγκαία αντιδραστήρια για τις ζητούμενες εξετάσεις, (αντιδραστήρια, βαθμονομητές, πρότυπους ορούς εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, συμπληρωματικά υλικά).»*

Επίσης στη σελίδα 1 & 2 : *«Για κάθε εξέταση να δοθεί συνολική τιμή ανά εξέταση η οποία θα προκύπτει ρητά από την τιμή αντιδραστηρίου και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα αναγκαία συμπληρωματικά υλικά που απαιτούνται για την κάθε εξέταση (βαθμονομητές, πρότυπους ορούς, αναλώσιμα κτλ). Η χρήση και κατανάλωση των συμπληρωματικών υλικών θα πρέπει να καλύπτει τον καθημερινό εσωτερικό έλεγχο ποιότητας δύο επιπέδων, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικού ελέγχου (1x2s, 2x2s, 10-x, 4s) καθώς και μετά από κάθε βαθμονόμηση όπως προκύπτει από τον κατασκευαστικό οίκο εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου με βάση τα δεδομένα των αντιδραστηρίων που θα προσφερθούν και των απαιτήσεων ποιότητας του εργαστηρίου, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ποιοτικές απαιτήσεις του προτύπου της διαπίστευσης ISO15189:2012 του εργαστηρίου, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.»*

Στις ανωτέρω παραγράφους δεν γίνεται καμία αναφορά για τον υπολογισμό του αριθμού των εξετάσεων του αντιδραστηρίου που απαιτούνται για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο και τη βαθμονόμηση.

Συνεπώς προκειμένου να υπάρχει ισότιμη σύγκριση προσφορών παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν θα πρέπει να υπολογιστούν οι επιπλέον εξετάσεις που απαιτούνται για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας και τη βαθμονόμηση ή αν θα περιέχονται μέσα στον ετήσιο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης.

Επιπλέον αν θα πρέπει να υπολογιστούν επιπλέον σας παρακαλούμε διευκρινίστε μας τον αριθμό των αναλυτών που αφορούν και για πόσες ημέρες κατά τη διάρκεια του έτους.



Στη σελίδα 1 ζητείται: « Οποιοδήποτε επιπλέον υλικό απαιτηθεί για τη διεξαγωγή των ζητούμενων εξετάσεων και έχει παραληφθεί στην προσφορά της εταιρείας θα παραχωρείται άμεσα χωρίς χρέωση και το κόστος θα βαρύνει την εταιρεία . Επί ποινή αποκλεισμού όλα τα απαραίτητα για την διενέργεια των αναλύσεων υλικά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.»

Οι δύο προτάσεις της παραγράφου έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους καθώς, σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης όλα τα απαραίτητα υλικά για τη διενέργεια των εξετάσεων, ενώ η πρώτη πρόταση αφήνει το περιθώριο να παραληφθούν υλικά από την προσφορά της εταιρείας αρκεί να αναλαμβάνει το κόστος παροχής αυτών.

Παρακαλούμε λοιπόν να διευκρινιστεί με τρόπο που να είναι σαφής αν θα πρέπει να προσφέρονται όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των αναλύσεων ή όχι.

Με εκτίμηση,

Για την Abbott Diagnostics

Κλάδος της Abbott Laboratories ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΔΡΑ: ΜΕΡΑΙΝ 3 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 106 71
Α.Φ.Μ: 094027257 - Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63
Τ.Κ.: 174 50 - ΑΛΙΜΟΣ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: 12ο ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΚΗΦΙΣ - Ν. ΤΑΥΡΑΝΤΩΝ
Τ.Κ.: 570 01 - ΘΕΣΣΑΛΙΑ


Βαγιάτας Αθανάσιος
Senior Sales Executive