



Αθήνα, 13/07/2016

Προς,
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ όπως αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής παρατηρήσεων 13/07/2017».

Αξιότιμοι Κύριοι,

Συμμετέχοντας στην διαδικασία της ως άνω διαβούλευσης έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην υπηρεσία σας τις παρατηρήσεις μας ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας. Θεωρούμε ότι με τις παρατηρήσεις μας συμβάλλουμε στην κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να διαθέτουν πληρότητα και αντικειμενικότητα και να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό, σε όφελος του επικείμενου διαγωνισμού (σύννομος διαγνωστική διαδικασία) και κατ' επέκταση του δημοσίου συμφέροντος και του Νοσοκομείου σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

Με τιμή,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Μ.Π.:00853
ΥΠ/ΜΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 9, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ. 173 43
ΤΗΛ.: 210 9700941 - 210 9700660 FAX: 210 9715995
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΘΑΛΕΙΑΣ 5, ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 153 51
ΑΦΜ: 998760237 - ΑΔΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.



Προδιαγραφή Β1.

«Βάρος <200gr (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών)». Να αναφερθεί.

Παρατήρηση: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιορίζει τη συμμετοχή, καθώς το βάρος που αναφέρεται είναι πολύ μικρό. Τα περισσότερα συστήματα ανίχνευσης διαταραχών ύπνου που κυκλοφορούν στην αγορά διαθέτουν βάρος έως 300gr συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών.

Προτεινόμενη προδιαγραφή:

«Βάρος <300gr (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών)». Να αναφερθεί.

