

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ		
ΓΕΝΙΚΑ		
Αερόστρωμα κατά των κατακλίσεων κατάλληλο για την ασφαλή λειτουργία της υπομονάδας του Νευροχειρουργικού τμήματος.		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ		
1	Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας	Να αναφερθεί
2	Διαστάσεις, (cm)	Να αναφερθούν
3	Υλικό κατασκευής	Να αναλυθεί. Με αεροθαλάμους Βραδύκαυστο
4	Εύκολο στο καθαρισμό	Ναι
5	Κάλυμμα	Αδιάβροχο με φερμουάρ
ΑΝΤΑΙΑ		
7	Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας	Να αναφερθεί
8	Διαστάσεις, (cm)	Να αναφερθούν
9	Βάρος (kgr)	Να αναφερθεί
10	Κύκλος γεμίσματος (min)	Να αναφερθεί
11	Ηλεκτρική ασφάλεια	Class II τύπου B
12	Χαμηλού θορύβου (db)	Ναι . Να αναφερθεί
13	Τρόποι εναλλαγής αέρα	Να περιγραφεί
14	Μετάβαση σε CPR	ΝΑΙ
15	Οπτικοακουστικοί συναγερμοί	Ναι. Να αναλυθεί. (Χαμηλή πίεση αεροστρώματος, αδυναμία γεμίσματος στρώματος, κα)
16	Σύστημα τοποθέτησης στην κλίνη	Ναι. Εργονομικά σχεδιασμένο.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ
ΤΜΗΜΑ