

Προς,  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47  
106 76 ΑΘΗΝΑ

Γραφείο Προμηθειών

Αθήνα, 31/10/2017 Εξ 339-ΝΔΕ,ΚΤ,ΚΣ,κν

**ΑΦΟΡΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της 31/10/2017 για την προμήθεια  
ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ**

Με την παρούσα επιστολή σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας όσον αφορά στην πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ».

- 1) Εφόσον πρόκειται για αιμοδότες ο σκελετός της πολυθρόνας θα πρέπει να έχει καμπυλοειδή μορφή (σιγμοειδή) η οποία να παίρνει το σχήμα του ανθρωπίνου σώματος, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανά λιποθυμικά επεισόδια λόγω του ότι το κεφάλι είναι στο ίδιο ύψος με τα πόδια. Επίσης να στηρίζεται σε βάση με τέσσερα στηρίγματα τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- 2) Επίσης, ο μηχανισμός ανακλήσεων να επιτρέπει την αλλαγή της θέσης κλίσης της πολυθρόνας σε διάφορες θέσεις. Από απλή ανάνηψη μέχρι Trendelenburg. Η κίνηση της πολυθρόνας να εξασφαλίζεται μέσω καλωδιακού τηλεχειριστηρίου. Με την πίεση ενός διακόπτη ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός να θέτει το δότη σε διάφορες θέσεις.
- 3) Στην προδιαγραφή 9 θα μπορούσε να υφίσταται η εναλλακτική πρόταση ότι θα είναι τροχήλατη ή να στηρίζεται σε βάση με τέσσερα στηρίγματα τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, προκειμένου να αναπτυχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Μετά τιμής,

Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ  
ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64 ΑΘΗΝΑ 115 23  
Για την Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ  
Α.Φ.Μ. 150378701 Τ.Κ. 115 23 Τ.Α. ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 6926370 - FAX: 210 6926371