

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ		
	Μετωπιαίο κάτοπτρο κατάλληλο για να συνδεθεί με τα εγκατεστημένα unit ΩΡΛ του Εξωτερικού Ιατρείου και να συνοδεύεται με δυο (2) καθρέφτες επιπλέον.	
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
1.	Ποιότητα κατασκευής	Ανθεκτική κατασκευή Υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής.
2.	Βάρος (gr)	Όσο το δυνατό πιο ελαφρύ, διευκολύνοντας τον χειριστή Να αναφερθεί
3.	Καλώδιο σύνδεσης με το unit	Τουλάχιστον 2000mm
4.	Κεφαλόδεσμος	Ναι
5.	Λυχνία	6 V
6.	Καθρέφτης	Επιστρωμένος
7.	Ρύθμιση της φωτεινής δέσμης	Μέσω περιστρεφόμενου κομβίου
8.	Δυνατότητα σύνδεσης με τα εγκατεστημένα unit ΩΡΛ	Ναι