

**ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»**

**Θεσσαλονίκη, 07.03.18**

**ΘΕΜΑ:** Δημόσια Διαβούλευση ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΟΦΘΑΛΜΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν της από 05/03/2018 ανάρτησής σας που αφορά στην πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΟΦΘΑΛΜΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, και προκειμένου να είναι ανοιχτή η διαγωνιστική διαδικασία και να επιτραπεί σε όλες τις εταιρείες να συμμετάσχουν χωρίς κίνδυνο αποκλεισμού, προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές στις προδιαγραφές :

#### **8. Αντικειμενικοί φακοί**

Ξηροί, επίπεδοι, αχρωματικοί, με διόρθωση στο άπειρο, *αριθμητικό άνοιγμα 1,25 περίπου*, υψηλή διακριτική ικανότητα και ευκρίνεια

Η φράση «*αριθμητικό άνοιγμα 1,25 περίπου*» πρέπει να φύγει διότι δεν ανταποκρίνεται στους αντικειμενικούς φακούς αλλά στον πυκνωτή. Ο κάθε αντικειμενικός φακός έχει διαφορετικό αριθμητικό άνοιγμα.

Επίσης, 8. 1) *Αντικειμενικός φακός 4x/0,10* θα πρέπει να αλλάξει ως εξής:

1) φακός 4x/0,10 ή 5x/0,12, διότι ορισμένοι κατασκευαστές διαθέτουν 5x αντί για 4x γεγονός που δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, έτσι θα επιτραπεί η συμμετοχή περισσότερων εταιρειών.


#### **10. Σύστημα κοχλιών :**

Χαμηλά στη βάση του κορμού να υπάρχει αμφίπλευρο κατά προτίμηση, σύστημα κοχλιών για μακρομετρική και μικρομετρική ρύθμιση κινήσεων, ρύθμισης της ολίσθησης και *ταχείας επανεστίασης, το ύψος των οποίων να ρυθμίζεται χωρίς τη χρήση εργαλείων.*

Η φράση «...*ταχείας επανεστίασης, το ύψος των οποίων να ρυθμίζεται χωρίς τη χρήση εργαλείων*» θα πρέπει να φύγει διότι απευθύνεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο κατασκευαστή και δυσχεραίνει τη συμμετοχή άλλων εταιρειών χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούμε να σας προσφέρουμε,

Με εκτίμηση,

  
**ANTISEL - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ**  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  
570 01 Θέρμη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 231 0322525  
ΑΘΗΝΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116 - 115 27 ΙΛΙΣΙΑ  
ΤΗΛ. 210 7795980

Δημήτρης Γκούμας  
Προϊστάμενος τμήματος εξυπηρέτησης πελατών

antisel@antisel.gr