

ΠΡΟΣ:

Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Τεχνική υπηρεσία

ΑΘΗΝΑ: 4/12/2017

ΘΕΜΑ : Διαβούλευση για μόνιτορ παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων ασθενών.

Αξιότιμοι κύριοι,
σαν αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οίκου NIHON KOHDEN στην Ελλάδα σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας για το ανωτέρω θέμα.

-**Στην παράγραφο 14** ζητείται ταυτόχρονη απεικόνιση 6 κυματομορφών.

Στην παράγραφο 10 τα ζητούμενα φαινόμενα που παράγουν κυματομορφή είναι 3 ήτοι: ΗΚΓ, αναπνοή, οξυμετρία.

Επομένως σας προτείνουμε την μετατροπή της **παραγράφου 14** από 6 ταυτόχρονα κυματομορφές σε 4 ταυτόχρονα κυματομορφές.

Πάντα πρόθυμοι για κάθε πληροφορία ή εξυπηρέτηση που μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Με τιμή

Νίκος Νύχτας
Τμήμα Πωλήσεων

ANTISEL - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 12ο χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA - Φ. Ο.Ι. ΒΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝ. ΚΡ.
ΤΗΛ: 231 0322525
ΑΘΗΝΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116 - 115 27 ΙΛΙΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 7795980
ΑΦΜ: 091569759 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ