

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

### Προδιαγραφή 9:

Σχόλιο: Δεδομένου ότι το ζητούμενο μόνιτορ προορίζεται για μεταφορές, θεωρούμε ότι ο ελάχιστος ζητούμενος χρόνος αυτονομίας μπαταρίας των 3 ωρών είναι μικρός. Επίσης όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστικοί οίκοι μόνιτορ, διαθέτουν στην κατηγορία των φορητών μόνιτορ αυτονομία μεγαλύτερη των τριών ωρών.

**Προτείνουμε την μετατροπή της εν λόγω προδιαγραφής σε:** *Χρόνος αυτονομίας μπαταρίας  $\geq$  5 ώρες.*

### Προδιαγραφή 12β:

Σχόλιο: Προτείνουμε να αυξηθεί ο ζητούμενος αριθμός αιματηρών πιέσεων σε τρεις προς όφελος του νοσοκομείου σας. Με την εν λόγω τροποποίηση δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός καθώς όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουν την εν λόγω δυνατότητα.

**Προτείνουμε την μετατροπή της εν λόγω προδιαγραφής σε:** *Τριών αιματηρών πιέσεων (IBP)*

### Προδιαγραφή 14:

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή ΔΕΝ προσδίδει κλινικό όφελος εμποδίζοντας τη συμμετοχή της Draeger στην διαγωνιστική διαδικασία. Ζητούμε την απαλοιφή ολόκληρης της προδιαγραφής.

### Προδιαγραφή 15:

Σχόλιο: Δεδομένου ότι στην προδιαγραφή 11 ζητείται οθόνη μεγέθους τουλάχιστον 12", προτείνουμε να αυξηθεί ο αριθμός των κυματομορφών που μπορούν να απεικονιστούν ταυτόχρονα, σε οχτώ. Με την εν λόγω τροποποίηση δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός καθώς όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουν την εν λόγω δυνατότητα.

**Προτείνουμε την μετατροπή της εν λόγω προδιαγραφής σε:** *Ταυτόχρονη απεικόνιση, τουλάχιστον οχτώ (8) κυματομορφών.*

### Προδιαγραφή 18:

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή ΔΕΝ προσδίδει κλινικό όφελος εμποδίζοντας τη συμμετοχή της Draeger στην διαγωνιστική διαδικασία. Ζητούμε την απαλοιφή ολόκληρης της προδιαγραφής.

### Προδιαγραφή 52:

Σχόλιο: Δεδομένου ότι όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουν στα μόνιτορ μεταφοράς ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή, προτείνουμε την προσθήκη του στη βασική απαιτούμενη σύνθεση, προς όφελος του νοσοκομείου σας.

**Draeger Hellas A.E**

Ελευθ. Βενιζέλου 150,  
TK 142 31 , Νέα Ιωνία  
Ελλάδα  
Τηλ : +30 210 2821809  
Fax : +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Draeger Hellas S.A**

150, Eι. Venizelou str  
142 31 , Nea Ionia  
Greece  
Tel : +30 210 2821809  
Fax : +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Προτείνουμε την προσθήκη της εν λόγω προδιαγραφής: Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον τριών (3) καναλιών.**

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

**Για την Draeger Hellas A.E.**

  
Γιώργος Ανέστης  
Διευθυντής Ιατρικού Τομέα

**DRAEGER HELLAS A.E.**  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ  
Α.Φ.Μ.: 997799268 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 009151101000  
ΤΗΛ: 210 2821 009 FAX: 210 2821 214

  
Μανώλης Φιλίνης  
Product Specialist

#### Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,  
TK 142 31 , Νέα Ιωνία  
Ελλάδα  
Τηλ : +30 210 2821809  
Fax : +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

#### Draeger Hellas S.A

150, El. Venizelou str  
142 31 , Nea Ionia  
Greece  
Tel : +30 210 2821809  
Fax : +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)