

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ		
	Πιστόλι αέρα / νερού κατάλληλο για πλύση ειδικών εργαλείων συνοδευόμενο με διαφορετικά προσαρτήματα και κατάλληλη επιτοίχια βάση για την αποθήκευσή τους.	
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
1.	Ποιότητα κατασκευής	Ανθεκτική και ελαφριά κατασκευή. Υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής.
2.	Βάρος (gr)	Όσο το δυνατό πιο ελαφρύ. Να αναφερθεί
3.	Χρήση με αποσκληρυμένο-απιονισμένο νερό είτε με σύνδεση στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα	Ναι
4.	Ρυθμιζόμενη ροή αέρα/ νερού	Μέσω της σκανδάλης
5.	Ασφαλής χρήση	Θερμική μόνωση της λαβής
6.	Ακροφύσια	Τα κατάλληλα οχτώ. Να αναλυθεί
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		
1.	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη .	
2.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).	
3.	Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.	
4.	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
5.	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
6.	Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.	

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ