

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

Προδιαγραφή 6:

Σχόλιο : Τα κορυφαία μοντέλα προβολών διαθέτουν τουλάχιστον 120.000Lux ένταση φωτεινού πεδίου τόσο σε προβολείς επί της οροφής όσο και σε τροχήλατους.

Προτείνουμε την μετατροπή της εν λόγω προδιαγραφής σε : Φωτιστική ένταση σε απόσταση 100cm τουλάχιστον 120.000Lux.

Προδιαγραφή 9:

Σχόλιο : Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός προβολέα είτε είναι τροχήλατος είτε επί της οροφής είναι το βάθος ομοιογενούς πεδίου.

Προτείνουμε την μετατροπή της εν λόγω προδιαγραφής σε : Βάθος φωτιζόμενου πεδίου στο 20% τουλάχιστον 1.200mm και στο 60% τουλάχιστον 700mm.

Προδιαγραφή 10:

Σχόλιο : Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- α. Οι συνηθισμένες πληγές σε μια χειρουργική επέμβαση κυμαίνονται μεταξύ 15 - 19 cm ,
- β. Τα πολύ μεγάλα πεδία φωτισμού δημιουργούν αντανάκλασεις στην φωτεινότητα του χειρουργικού πεδίου οι οποίες τυφλώνουν τον χειρουργό .

Προτείνουμε την μετατροπή της εν λόγω προδιαγραφής σε : Διάμετρος πεδίου φωτισμού τουλάχιστον 200mm.


Προδιαγραφή 12:

Σχόλιο : Προτείνουμε την προσθήκη της παραπάνω προδιαγραφής διότι τα κορυφαία μοντέλα διαθέτουν μεγάλο χρόνο ζωής των LED ώστε να αποφεύγεται η συχνή επισκευή τους και ακολούθως να εξοικονομεί χρήματα το νοσοκομείο

Προτείνουμε την μετατροπή της εν λόγω προδιαγραφής σε : Διάρκεια ζωής LED 50.000 ώρες τουλάχιστον.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για την Draeger Hellas A.E.


Γιώργος Ανέστης
Διευθυντής Ιατρικού Τομέα

DRAEGER HELLAS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ.Ε: 997799268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 009151101000
ΤΗΛ. 210 2821 809 FAX: 210 2821 214


Σταμάτης Καρβέλης
Application Specialist

Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,
TK 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El. Venizelou str
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com