

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Υψηλάντου 45-47
Τ.Κ. 106 75 Αθήνα

Υπόψη: Τεχνικής Υπηρεσίας

Αθήνα 27/01/2017

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές της Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Εξοπλισμού συστήματος ψηφιακής διαχείρισης χειρουργικής αίθουσας»

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε συνημμένα τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια Εξοπλισμού συστήματος ψηφιακής διαχείρισης χειρουργικής αίθουσας

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω ώστε να δύναται να συμμετάσχουν τουλάχιστον οι παγκοσμίως αναγνωρισμένες κατασκευαστικές εταιρείες ενδοσκοπικών μηχανημάτων όπως και ο Γερμανικός Οίκος R. WOLF που αντιπροσωπεύουμε:

A. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναλυτικά στις προδιαγραφές ζητείται:

10. «Να διαθέτει σύστημα καταγραφής και αρχειοθέτησης Ιατρικής εικόνας σε περιβάλλον windows (για λόγους ασφάλειας και συμβατότητας) »

Τα συστήματα διαχείρισης ψηφιακής αίθουσας που κυκλοφορούν αυτή την στιγμή στην αγορά δεν λειτουργούν όλα σε περιβάλλον Windows με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη απαίτηση να αποκλείει τη συμμετοχή κάποιων εταιρειών καθώς και της δικιά μας. Επιπλέον δεν τίθεται θέμα ασφάλειας όπως αναγράφεται καθώς τα windows όντας από τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα είναι και από τα πιο ευπαθή σε θέματα ασφάλειας. Προτείνουμε την τροποποίηση της ως άνω προδιαγραφής ως εξής:

«Να διαθέτει σύστημα καταγραφής και αρχειοθέτησης Ιατρικής εικόνας με λειτουργικό το οποίο να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο »

11. «Να είναι δυνατός ο χειρισμός ενός εξωτερικού ηλεκτρονικού υπολογιστή από οθόνη αφής εντός του χειρουργικού πεδίου. Να αναφερθεί ο τρόπος προς αξιολόγηση»

Δεν διευκρινίζεται ο ρόλος του εξωτερικού υπολογιστή, δηλαδή υπάρχει ασάφεια στην ζητούμενη προδιαγραφή. Προτείνουμε την απαλοιφή αυτής της προδιαγραφής.

Τελευταίο αλλά σημαντικότερο, θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι ενώ στην προδιαγραφή 2 ζητείται η μονάδα να μπορεί να ελέγξει έναν αριθμό ενδοσκοπικών συσκευών και μηχανημάτων απουσιάζουν οι προδιαγραφές αυτών. Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για τις παρακάτω συσκευές:

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (HD)
- ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

Αν τελικά ζητείται κεντρική μονάδα ελέγχου διαχείρισης συσκευών για τα ήδη υπάρχοντα μηχανήματα της χειρουργικής αίθουσας τότε θα πρέπει να αναφερθούν τα μοντέλα και οι κατασκευαστικοί οίκοι αυτών. Αυτό διότι οι οίκοι που κατασκευάζουν τέτοια συστήματα ελέγχου συνεργάζονται με συγκεκριμένα εργοστάσια που παράγουν διαθερμίες, χειρουργικούς προβολείς κλπ. Επιπλέον οι ενδοσκοπικές συσκευές μπορούν να ελεγχθούν μόνο από συστήματα ελέγχου που παράγουν οι ίδιοι οι οίκοι ενδοσκοπικών. Δηλαδή αν τα ενδοσκοπικά μηχανήματα που διαθέτει η χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου σας είναι Olympus τότε υποχρεωτικά και η μονάδα κεντρικού ελέγχου που μπορείτε να προμηθευτείτε πρέπει να είναι της Olympus.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαι στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση


Giorgos Chronakis
Product Manager
Ενδοσκοπικό τμήμα

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΘΗΝΑ
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 4, 546 21 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 93, 154 51
ΤΗΛ: 2310-233251 - FAX: 2310-265731 Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΤΗΛ. 210-6790000
Α.Π.Σ.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ. 095029193
Γ.Ε.ΜΗ: 057188904000 - ΑΜΠ 915
e-mail: info@papapostolou.gr