

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 07-11-2016**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

| | |
|--|--|
| Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου | ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. |
| Ταχυδρομική Διεύθυνση | ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA – 570 01 ΘΕΡΜΗ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
| Υπεύθυνος σύνταξης | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΥΛΩΝΑ |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΥΛΩΝΑ |
| Τηλέφωνο | 2310 322 525 |
| Φαξ | 2310 321 912 |
| Email | antisel@antisel.gr |

Αγαπητοί κύριοι,

Αναφορικά με την από 03/11/2016 πρόσκληση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», η οποία αφορά την υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ» σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες προδιαγραφές για τη ζητούμενη συσκευή της σχετικής ανακοίνωσης. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση χρειασθείτε.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ

- Η συσκευή να είναι προηγμένης τεχνολογίας, αμεταχειρίστη, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση και να παρέχει λειτουργία με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού.
- Να είναι απλή στη λειτουργία από όλα τα ιατρικά τμήματα.
- Η συσκευή να θερμαίνει αίμα, προϊόντα αίματος και ορό παρά τη κλίση του ασθενούς .
- Να διαθέτει λείες επιφάνειες για τον εύκολο καθαρισμό/απολύμανση.
- Να διαθέτει οθόνη για ένδειξη μετρούμενης θερμοκρασίας.
- Να επιτυγχάνεται θερμοκρασία έως 39°C.
- Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού σε περίπτωση σφάλματος.
- Να τοποθετείται σε στατό ορών.
- Να μπορούν να προσαρμοστούν συσκευές ορρών μίας χρήσεως .οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρίας.
- Να μην απαιτούνται αναλώσιμα.
- Να λειτουργεί με τάση 100-240 V, 50/60 Hz.
- Να είναι ελαφριά 1,3 kg περίπου.
- Να διατίθεται σε δύο διαφορετικές διαμέτρους: 5mm και 7mm και μήκη: 1,2m και 1,5 m.
- Η συσκευή να διαθέτει Ce Mark.
- Η εταιρεία να διαθέτει ISO 13485.

Αθήνα, 07/11/2016,

Με τιμή,

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΚΩΘΙΑ, ΕΞΕΛΙΔΗ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΓΙΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΣΟΝΙΟΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΤΟ ΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 231 0321912 - FAX: 231 0321912
ΑΘΗΝΑ: ΜΙΝΕΡΑΚΟΠΟΛΙΣ 16 - 115 27 ΙΛΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 9735980 - FAX: 210 7716932
ΑΦΜ: 021559759 - ΔΟΥ: Ο.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λαμπρινή Μυλωνά

Τμήμα Πωλήσεων Προϊόντων Αιμοδοσίας