

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ**

Στην προδιαγραφή 12 ζητείται:

12. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης ορίων για τον ΚΡ, πίεσης (συστολική / διαστολική), ST και σε περίπτωση υπέρβασης να υπάρχει οπτικός και ακουστικός συναγερμός.	Ναι
--	-----

Είναι επουσιώδες η ύπαρξη ακουστικού συναγερμού αφού ο ιατρός επιβλέπει συνεχόμενα το μόνιτορ κατά την διάρκεια του τεστ κόπωσης, οπότε σε περίπτωση υπέρβασης κάποιου ορίου έχει άμεσα την δυνατότητα εντοπισμού του μέσω του οπτικού συναγερμού.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

12. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης ορίων για τον ΚΡ, πίεσης (συστολική / διαστολική), ST και σε περίπτωση υπέρβασης να υπάρχει οπτικός συναγερμός.	Ναι
---	-----

Στην προδιαγραφή 15 ζητείται:

5. Στην οθόνη να απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο το ST οποιασδήποτε επιλεγόμενης από τον χρήστη απαγωγής στην οποία να έχει την δυνατότητα ρύθμισης όλων των σημείων προσδιορισμού στο ST.	Ναι. του ισοηλεκτρικού, του σημείου j, του σημείου J + X
--	--

Η παραμετροποίηση όλων των υπόλοιπων σημείων πέραν του J + X φωτογραφίζει μία εταιρία με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται υγιείς ανταγωνισμός. Επίσης, δεν δύναται ο γιατρός να διαθέτει χρόνο κατά την διάρκεια της κόπωσης για την παραμετροποίηση όλων αυτών των σημείων καθώς πρέπει να εστιάζει την προσοχή του στον ασθενή και στην γενική εικόνα του ΗΚΓφήματος.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

5. Στην οθόνη να απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο το ST οποιασδήποτε επιλεγόμενης από τον χρήστη απαγωγής στην οποία να έχει την δυνατότητα ρύθμισης ST.	Ναι. του σημείου J + X
---	------------------------

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Χρονάκης
Βιομηχανικός
Τμήμα πωλήσεων


ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΘΗΝΑ
ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΑΝΙΟΥ 4, 546 21 ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 93, 11511
ΤΗΛ. 2310-233251 FAX: 2310-265731 Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΤΗΛ. 210-6790000
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ. 095029193
ΑΡ ΓΕΜΗ: 057186904000 - ΑΜΠ 00238
e-mail: info@papapostolou.gr