

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ UV ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ PCR

A.	ΓΕΝΙΚΑ	
	Θάλαμος UV κατάλληλος για την απολύμανση αντιδραστηρίων και εξοπλισμού πριν την πραγματοποίηση διαδικασιών PCR .	
B.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1.	Ποιότητα κατασκευής	Ανθεκτική κατασκευή Υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής όλων των μερών
2.	Προστασία UV	>96% Να δοθούν στοιχεία
3.	Βάρος (kgr), Διαστάσεις (mm)	Να δοθούν στοιχεία
4.	Πάχος περιβλήματος (mm)	Να αναφερθεί
5.	Κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο εργασίας	Ναι
6.	Λυχνία UV	25 W
7.	Μήκος κύματος	Να αναφερθεί
8.	Περιοχή εργασίας	600x 500 περίπου
9.	Λυχνία εργασίας	Ναι
10.	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης	1 min - 24 ώρες
11.	Σύστημα εναλλαγής -καθαρισμού UV	Να δοθούν στοιχεία
12.	Αυτόματη απενεργοποίηση της UV λυχνίας όταν ανοιχτεί ο θάλαμος	Ναι