

ΠΡΟΣ

**Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
'Ο Ευαγγελισμός'**

bioiatriki2002@yahoo.com

Όνομα	Μπουζικά Ευαγγελία
Τμήμα	Πωλήσεων
Τηλέφωνο	+30 (210) 6864374
Fax	+30 (210) 6864426
Κινητό	+30 6948-6948486
E-mail	evaggelia.bouzika@siemens-healthineers.com
Αρ. Πρωτ	
Ημερομηνία	

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων-παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για το τμήμα νεφρού

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών του μηχανήματος υπερηχοτομογραφίας στο πλαίσιο ανάρτησης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού .

Αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τις περισσότερες προδιαγραφές είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με τεχνικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του υπερηχοτομογράφου.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Στην απαίτηση της κινηματογραφικής μνήμης όπου ζητείται να είναι μεγαλύτερη των 2.000 εικόνων προτείνουμε να τροποποιηθεί και να διατυπωθεί με τον αριθμό 1.000.

Ένα σύστημα υπερήχων σε κανονικές συνθήκες εξέτασης λειτουργεί με 30-50 frames / second οπότε με δεδομένο ότι ζητείται να αποθηκεύει 2.000 εικόνες σημαίνει τουλάχιστον 40 sec υπερηχογραφικής εικόνας retrospective το οποίο σε καμία περίπτωση δεν έχει διαγνωστικό ενδιαφέρον στην κλινική πράξη ενώ απασχολεί πόρους του συστήματος για σκοπούς που δεν εξυπηρετούν την εξέταση.

SIEMENS HEALTHCARE ABEE

Αγνισιάου 6-8,
151 23 Μαρούσι, Αθήνα

Tel.: +30 (210) 65 90 900
Fax: +30 (210) 65 44 024
[http:// www.siemens.com/healthineers](http://www.siemens.com/healthineers)

Επίσης για την αποφυγή παρερμηνειών κατά την αξιολόγηση θα ήταν δόκιμο όπως διευκρινίσετε αν το βάρος του συστήματος **<7Kg** περιλαμβάνει την μπαταρία του συστήματος και το τροφοδοτικό

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και ενημέρωση.

Μετά τιμής

SIEMENS HEALTHCARE ABEE