

Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Υψηλάντου 45-47
106 75 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη : Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

31 Οκτωβρίου 2017

Αφορά: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για Νεφρολογικό Τμήμα

Κατάθεση παρατηρήσεων έως 3/11/2017

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας στις τεχνικές προδιαγραφές Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για Νεφρολογικό Τμήμα:

A/A 25

25. Ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (frame rate) $\geq 1000f/sec$

Με γνώμονα την προμήθεια ενός συγχρόνου συστήματος υπερήχων, την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την ισότιμη συμμετοχή της εταιρείας μας προς συμφέρον του Νοσοκομείου σας. Προτείνουμε την διαμόρφωση της προδιαγραφής ως εξής:

25. Ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (frame rate) $\geq 700f/sec$

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Τσατσάρης Γεώργιος
Τμήμα Πωλήσεων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πλ.Σιντριβανίου 4
TK 546 21
t +30 2310 233251
f +30 2310 265731



ΠΑΤΡΑ



ΗΡΑΚΛΕΙΟ



ΧΑΝΙΑ



ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΘΗΝΑ
Εθν.Αντιστάσεως 93
TK 154 51 Ν.Ψυχικό
t +30 210 67 90 000
f +30 210 67 90 100

www.papapostolou.gr • info@papapostolou.gr