

Προς το  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Υψηλάντου 45-47  
106 75 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη : Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

31 Οκτωβρίου 2017

**Αφορά:** Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για Παθολογικό Τμήμα

**Κατάθεση παρατηρήσεων έως 3/11/2017**

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας στις τεχνικές προδιαγραφές Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για Παθολογικό Τμήμα:

**A/A 1**

1. Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Παθολογικής Χρήσης, φορητό, μικρού όγκου και βάρους  $\leq 6$  κιλών (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)

Με γνώμονα την προμήθεια ενός συγχρόνου συστήματος υπερήχων, την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την ισότιμη συμμετοχή της εταιρείας μας προς συμφέρον του Νοσοκομείου σας. Προτείνουμε την διαμόρφωση της προδιαγραφής ως εξής:

1. Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Παθολογικής Χρήσης, φορητό, μικρού όγκου και βάρους  $\leq 7$  κιλών (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)

**A/A 24**

24 .Ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (frame rate)  $\geq 1100f/sec$

Με γνώμονα την προμήθεια ενός συγχρόνου συστήματος υπερήχων, την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την ισότιμη συμμετοχή της εταιρείας μας προς συμφέρον του Νοσοκομείου σας. Προτείνουμε την διαμόρφωση της προδιαγραφής ως εξής:

24 .Ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (frame rate)  $\geq 700f/sec$

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**  
Πλ.Σιντριβανίου 4  
TK 546 21  
t +30 2310 233251  
f +30 2310 265731



**ΑΘΗΝΑ**  
Εθν.Αντιστάσεως 93  
TK 154 51 Ν.Ψυχικό  
t +30 210 67 90 000  
f +30 210 67 90 100

**ΠΑΤΡΑ**

[www.papapostolou.gr](http://www.papapostolou.gr) • [info@papapostolou.gr](mailto:info@papapostolou.gr)

**ΗΡΑΚΛΕΙΟ**


**ΧΑΝΙΑ**

**ΙΩΑΝΝΙΝΑ**



Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

  
Τσατσαρος Γεώργιος  
Τμήμα Πωλήσεων