

Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΠΥΥ 2015: Ανοικτή 1^η φάση Δημόσιας Διαβούλευσης, τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών από το Π.Π.Υ..Υ 2015 για την προμήθεια εργαλείων χειρουργείου ΕΝΑΡΞΗ: 5-6-2018 ΛΗΞΗ: 14-6-2018

Στα πλαίσια της 1^{ης} ανοικτής φάσης της Δημόσιας Διαβούλευσης, που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου, σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις της εταιρείας ANTISEL Αφοί Σελίδη ΑΕ.

Στα **A/A 51A, 51A1, 51A2, 51B, 51B1, 51B2, 51Γ, 51Γ1, 51Γ2, 51Δ, 51Δ1, 51Δ2 & 52** ζητούνται Εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών επαναφορτιζόμενα με κλιπ τιτανίου με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ με μία σκανδάλη σύγκλισης-πυροδότησης, που εξυπηρετούν περιορισμένα τους ίδιους μόνο χρόνους χειρουργείου με τρόπο δεσμευτικό για πολλά εργαλεία και διατίθενται μόνον από μία εταιρεία. Προτείνουμε για την διεύρυνση των επιλογών των χειρουργών και προς όφελος του νοσοκομείου και των ασθενών, να ζητηθούν σε νέο A/A επιπρόσθετα εργαλεία αποτελούμενα από μεταλλικά και πλαστικά μέρη άριστης ποιότητας με ενδεχόμενα χαμηλότερη τιμή. Συγκεκριμένα θα μπορούσε να ζητηθεί: Εργαλεία ευθύγραμμο συρραφής επαναφορτιζόμενα και αντίστοιχες ανταλλακτικές κασέτες με κλιπ τιτανίου **και κυκλικής διατομής** σε μήκη: 30,45,60 και 90 mm.

ΟΜΟΙΩΣ

Στα **A/A 60, 60α, 60β, 61, 61α, 61β, 62α, 62β, 63A, 63A1, 63A2, 63B, 63B1, 63B2, 63Γ, 63Γ1 & 63Γ2** ζητούνται Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα, 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση από ανοξείδωτο χάλυβα 440, με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης. Προτείνεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εναλλακτικές διατομής των αγκτήρων (κλιπ) τιτανίου ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός, δεδομένου ότι διατίθενται από περισσότερους του ενός προμηθευτές. με διευρυμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και με ενδεχόμενα χαμηλότερη τιμή. Επομένως, για την διεύρυνση των επιλογών των χειρουργών και προς όφελος του νοσοκομείου και των ασθενών, να ζητηθούν σε νέο A/A επιπρόσθετα εργαλεία αποτελούμενα από μεταλλικά και πλαστικά μέρη άριστης ποιότητας με ενδεχόμενα χαμηλότερη τιμή. Συγκεκριμένα θα μπορούσε να ζητηθεί: Εργαλεία ευθύγραμμο επαναφορτιζόμενα και κασέτες διατομής / αναστόμωσης με κλιπ τιτανίου **και κυκλικής διατομής**, με νέα κοπτική λάμα άριστου χειρουργικού ατσάλιού σε κάθε επαναφόρτιση, με μήκος συρραφής μεγαλύτερο της γραμμής εκτομής για μέγιστη ασφάλεια και σε μήκη: 60,80 και 100 mm.