



ARITI A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
& ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΪΟΥ 52
136 77 ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 800 26 50
FAX: 210 620 75 03
http://www.ariti.gr
E-mail: info@ariti.gr

5ο χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 688 111-2
FAX: 2310 689 388



NATIONAL EVALUATION CENTER
OF QUALITY & TECHNOLOGY
IN HEALTH S.A.



NATIONAL EVALUATION CENTER
OF QUALITY & TECHNOLOGY
IN HEALTH S.A.



NATIONAL EVALUATION CENTER
OF QUALITY & TECHNOLOGY
IN HEALTH S.A.

ARITI S.A.
PHARMACEUTICAL
& MEDICAL PRODUCTS

52 ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΥ.
136 77 ΑΧΑΡΝΕΣ - GREECE
TEL.: +30 210 800 26 50
FAX: +30 210 620 75 03
http://www.ariti.gr
E-mail: info@ariti.gr

5th klm. THESSALONIKI -
KATERINI NATIONAL RD
57009 THESSALONIKI -
GREECE
TEL.: +30 2310 688 111-2

Προς
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γραφείο Προμηθειών

Υπόψη κ. Θεόκλητου
E-mail: gdiac@evangelismos-hosp.gr

Αχαρνές, 22 Ιουνίου 2018
O/ref.: 1093F-G/18

Κύριοι,

Αναφορικά με την Α' φάση Διαβούλευσης προδιαγραφών Αναλώσιμων
Θεραπείας Νεφρών ΠΠΥΥ2015, συνημμένα σας υποβάλλουμε τις δικές μας
παρατηρήσεις για τα κάτωθι είδη:

Με εκτίμηση,
"ΑΡΗΤΗ"
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 52 - Τ.Κ. 136 77 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ. 210 800 26 50 - FAX: 210 620 75 03
ΑΦΜ: 094251758 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αriti A.E.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΗΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ**ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΗΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ**

Η εταιρεία μας προτείνει τις εξής προδιαγραφές:

(Α) Σετ προσωρινού υποκλειδίου/σφαγιτιδικού/μηριαίου καθετήρα διπλού αυλού 12FR από μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και σε μήκη 15, 20 & 24 εκατοστά με σχεδιασμό μη τραυματικού άκρου με πλευρικές οπές. Το σετ να περιλαμβάνει : καθετήρα διπλού αυλού, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό τύπου J tip, αγγειακό διαστολέα, πώματα, κλπ.

Ακτινοσκοιρός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Η παροχή αίματος να είναι περίπου 300 ml/min.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Οι σφαγιτιδικοί καθετήρες να έχουν κεκαμένα σκέλη.

Να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να φέρουν σήμανση CE.

(Β) Σετ προσωρινού υποκλειδίου/σφαγιτιδικού/μηριαίου καθετήρα διπλού αυλού 13FR από πολυουρεθάνη και σε μήκη 15, 17.5 ,20 & 25 εκατοστά με σχεδιασμό άκρου χωρίς πλευρικές οπές .

Το σετ να περιλαμβάνει : καθετήρα διπλού αυλού, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό τύπου J tip, αγγειακό διαστολέα, πώματα, κλπ.

Ακτινοσκοιρός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Η παροχή αίματος να είναι πάνω απο 300 ml/min.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Οι σφαγιτιδικοί καθετήρες να έχουν κεκαμένα σκέλη ίδιας φόρας με ενδοαυλικό οδηγό για εύκολη τοποθέτηση.

Να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να φέρουν σήμανση CE.

ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΗΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Η εταιρεία μας προτείνει την εξής προδιαγραφή:

Σετ προσωρινού υποκλειδίου/σφαγιτιδικού/μηριαίου καθετήρα διπλού αυλού 11,5 & 13,5FR από σιλικόνη και σε μήκος 15, 20, 24, 28 & 32 εκατοστά με διάταξη αυλών side by side.

Το σετ να περιλαμβάνει :

Ακτινοσκοιρό καθετήρα διπλού αυλού από σιλικόνη, κατάλληλο για αιμοκάθαρση και αιμοδιαδιήθηση, βελόνα παρακέντησης, αγγειακό διαστολέα, συρμάτινο οδηγό, πώματα

Η παροχή αίματος να μπορεί να είναι μέχρι 300 ml/min.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να φέρουν σήμανση CE.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Η εταιρεία μας προτείνει τις εξής προδιαγραφές:

(Α) Σετ μόνιμου υποκλείδιου/σφαγητιδικού/μηριαίου εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 15,5FR περίπου με συμμετρικά σκέλη double D ίδιου όγκου πλήρωσης ώστε να μην είναι αναγκαία η αναστροφή σύνδεσης με τις γραμμές αίματος, μη τραυματικό ανοικτό άκρο γωνίας ειδικά επεξεργασμένο χωρίς προεκτάσεις, με ελάχιστη απόσταση στις οπές παροχής επιστροφής >1cm, από βιοσυμβατό υλικό καρμποθάνη για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ) και σε διάφορα μήκη 19, 23, 28, 33, 37 & 42 εκατοστά με προτοποθετημένο σταθερό cuff.

Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του: καθετήρα διπλού αυλού με ή χωρίς ενδοαυλικό οδηγό, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, αγγειακούς διαστολείς, τροκάρ, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό, ειδικά πώματα κλπ.

Ακτινοσκοιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Η παροχή αίματος να είναι περίπου από 450 - 500 ml/min. Με πολύ χαμηλό ποσοστό επανακυκλοφορίας του αίματος κάτω του >1%.

Χωρίς πλευρικές οπές για πλήρωση με ινωδογόνολυτικά.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

(Β) Σετ μόνιμου εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 14,5FR από βιοσυμβατό υλικό Bio-Flex Carbothane για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ) σε μήκη από 24,28,,40 εκατοστά με προτοποθετημένο σταθερό cuff (19,23,35 cm to tip). Με άκρο ειδικής σχεδίασης για χαμηλές αρνητικές πιέσεις, πολύ μικρό ποσοστό επανακυκλοφορίας του αίματος >5% και μέγιστη παροχή πάνω από 400 ml/min περίπου. Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του: καθετήρα διπλού αυλού, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, αγγειακούς διαστολείς, τροκάρ, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό, ειδικά πώματα κλπ.

Ακτινοσκοιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Η παροχή αίματος να είναι περίπου 400 ml/min.

Για τοποθέτηση στην έσω σφαγήτιδα να διατίθενται σετ με κυρτό κορμό

Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

(Γ) Σετ μόνιμου υποκλείδιου/σφαγητιδικού/μηριαίου εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 15,5FR περίπου με αρτηριακό σκέλος άκρου γωνίας 90° από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ) και σε διάφορα μήκη 24, 28, 32, 36, 40 & 55 εκατοστά με προτοποθετημένο σταθερό cuff. Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του: καθετήρα διπλού αυλού με ενδοαυλικό οδηγό, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, αγγειακούς διαστολείς, τροκάρ, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό, ειδικά πώματα κλπ.

Ακτινοσκοιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Η παροχή αίματος να είναι πάνω από 400 ml/min.

Να προσφέρονται απαραίτητως σετ με προ-κεκαμμένο κορμό για χαμηλή σφαγητιδική προσπέλαση και σετ με καθετήρες χωρίς πλευρικές οπές για πλήρωση με ινωδογόνολυτικά

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.



ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ ή ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟ ΑΠΟ CARBOTHANE ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας προτείνει την εξής προδιαγραφή:

Σετ μόνιμου υποκλείδιου/σφαγητιδικού/μηριαίου εμφυτεύσιμου ανάδρομης τεχνικής τοποθέτησης καθετήρα διπλού αυλού 14FR περίπου, από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κ.λ.π.) με αποσχιζόμενους αυλούς μεταβλητού μήκους, τύπου split σε μήκη 28 - 32 εκατοστά (cuff to tip 23/27) με προτοποθετημένο σταθερό cuff και με ενδοαυλικό οδηγό. Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση του καθετήρα με ανάδρομη τεχνική: καθετήρα διπλού αυλού, με τις αντίστοιχες αρτηριακές/φλεβικές προεκτάσεις στις απολήξεις τους, συρμάτινους οδηγούς τύπου J, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, τροκάρ, πώματα, βελόνα παρακέντησης, αγγειακούς διαστολείς, κλπ. Ακτινοσκοπικός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ. Η παροχή αίματος να είναι περίπου 400 ml/min.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

ΣΕΤ ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΤΡΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ/ΜΗΡΙΑΙΑ/ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας προτείνει την εξής προδιαγραφή:

Σετ 2 ανεξάρτητων υποκλείδιων/σφαγητιδικών/μηριαίων εμφυτεύσιμων μόνιμων καθετήρων ανάδρομης τεχνικής τοποθέτησης μονού αυλού 10FR περίπου, από βιοσυμβατό καρμποθάνη υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ), με προτοποθετημένο σταθερό cuff. Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή τους με ανάδρομη τεχνική: αρτηριακό καθετήρα & φλεβικό καθετήρα με τις αντίστοιχες προεκτάσεις και απολήξεις τους, τροκάρ, αποσχιζόμενους αγγειακούς οδηγούς/διαστολείς, κυλινδρικούς οδηγούς καθετήρων, καπάκια εγχύσεων, βελόνες παρακέντησης, συρμάτινους οδηγούς τύπου J, κλπ.

Ακτινοσκοπικοί, κατάλληλοι για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Η ροή αίματος να είναι πάνω από 400 ml/min.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης στα σκέλη του καθετήρα.

Να διατίθενται σε διάφορα μήκη.

Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.