

BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Φιλελλήνων 1 & Μεγάλου Αλεξάνδρου
16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

BARD HELLAS S.A.

1, Filellinon Str. & Megalou Alexandrou
GR – 16452 ARGYROUPOLI GREECE
ΑΦΜ 094501826- ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ



Προς

1η ΥΠΕ Αττικής

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»**

Υψηλάντου 45-47

106 26 Αθήνα

Υπόψη κ Ι. Θεόκλητου

Αργυρούπολη, 21 Ιουνίου 2018

Θέμα: Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΠΠΥΥ 2015

ΣΧΕΤ: Ο Ν. 4412/2016 και η απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί Διαδικασίας Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών (απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθμ. 88/07-09-2016 (θ. 3°, 4° και 5ο) με ΑΔΑ: Ω2ΔΖ465ΦΥΟ-ΩΥΗ)

Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Νοσοκομείου από 12/06/2018 για την Α΄ Φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών Αναλώσιμων Θεραπείας Νεφρών και έχοντας ως γνώμονα την **ορθότερη** και **ευρύτερη** περιγραφή των συγκεκριμένων υλικών, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και την **καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών, προτείνουμε τις κάτωθι αλλαγές:**

Α) Την προσθήκη στην τεχνική προδιαγραφή ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΗΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Αφορά τα στοιχεία του πίνακα υπό αύξοντα αριθμό 5 και 6 των εξής:

«Σετ προσωρινού υποκλείδιου /σφαγιτιδικού/ μηριαίου καθετήρα διπλού 11,5 - 14 FR

Να προσφερθεί σε διάταξη καθετήρα σχήματος οβάλ, ώστε να αποφεύγεται η τσάκιση του και με στέλεχος που να επιτρέπει την ήπια τοποθέτηση του. Να προσφερθεί με προκκεκαμένο σώμα καθετήρα, για την ασφάλεια του ασθενούς από επιμολύνσεις και να προσφέρονται επιθέματα κάλυψης του τραύματος.....»

Β) Την προσθήκη στην τεχνική προδιαγραφή ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Αφορά τα στοιχεία του πίνακα υπό αύξοντα αριθμό 1 των εξής:

«Σετ μόνιμου υποκλείδιου /σφαγιτιδικού εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 13FR έως 15FR από σιλικόνη, πολουρεθάνη, carbothane ή άλλο βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κ.λ.π.) με αποσχιζόμενους αυλούς τύπου split-tip (Ash split) και σε μήκη 14, 20, 24 εκατοστά για μακροχρόνια χρήση. **Να προσφερθεί με διάταξη των δύο άκρων εντός του ΔΕ για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την μείωση της επανακυκλοφορίας, προκκεκαμένου σώματος άνω των 180 μοιρών για την ασφαλή τοποθέτηση κατά την προσπέλαση από σφαγίτιδα και μηριαία φλέβα. Να προσφερθεί με αγγειακό διαστολέα ανάλογο με την διάσταση του καθετήρα από 13.5 έως 15.5fr, να προσφερθεί με θηκάρι ασφάλειας για την αποφυγή εισροής αέρα και αιμορραγίας.....»**

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση
Για την Bard Ελλάς Α.Ε.
Ευγένιος Αργυρός
BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1 & ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 9628810
ΦΑΕ Παραγωγών: +30 210 9628810
ΑΦΜ: 094501826 Τ.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αρ. Μ.Α.Ε.: 13/98/113(05)
Αρ. Α.Α.Ε.: 101000

Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών