

Παρατηρήσεις της εταιρείας “PAUL HARTMANN Hellas SA” επί της «Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΠΠΥΥ 2020» του νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Καλησπέρα

Προτείνουμε στην τροποποίηση, προσθήκη των κάτωθι παρατηρήσεων στην κατηγορία των χειρουργικών γαντιών:

2.1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

1. Στη συσκευασία των γαντιών **θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός εργοστασίου (ref)**, καθώς θα πρέπει να συμφωνεί ο κωδικός που προσφέρθηκε στον διαγωνισμό με αυτόν που θα παραλαμβάνει στη συνέχεια το νοσοκομείο για διασφάλιση της αξιοκρατίας της προμήθειας
2. Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE ως Προϊόντα Ατομικής Προστασίας κλάσης III (Personal Protective Equipment) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/686/ΕΟΚ, και να έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης, ώστε να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας (**για περαιτέρω ασφάλεια και προστασία των χρηστών**)
3. Να αναγράφεται τόσο πάνω σε κάθε γάντι όσο και στην εξωτερική συσκευασία το υλικό κατασκευής (latex) για εύκολη ταυτοποίηση κατά τη χρήση από αλλεργικούς ή μη στο λάτεξ χρήστες, το μέγεθος και το δεξί/ αριστερό
4. Η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να είναι **πλαστική** αδιάβροχη
5. Να διατίθενται **με ρεβέρ ή χωρίς ρεβέρ**. Η προδιαγραφή «χωρίς ρεβέρ» διατίθεται μόνο από μία ή δύο εταιρείες, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του νοσοκομείου. Ποιοτικά γάντια, όπως της εταιρείας μας, διαθέτουν πολύ ενισχυμένη μανσέτα, που αποτρέπει το φαινόμενο της αναδίπλωσης.

*** Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και τις συμπεριλάβετε στις προδιαγραφές σας**

**** Στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις**