

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Όσον αφορά τους συνοδούς, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε ορισμένες πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές που πιστεύουμε ότι λείπουν από αυτό που ζητάτε:

Η πολυθρόνα είναι άκαμπτη και ελαφριά. Συνιστούμε αυτό το υλικό να αφαιρείται για να το καθαρίσει πιο εύκολα. Ίσως θα μπορούσε να είναι πλαστικό (όχι πλέγμα).

Όσον αφορά τη δύναμη των πολυθρόνων, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να κυμαίνεται από 100-150 kg, διότι, εποικοδομητικά, άλλα είναι τα πρότυπα για ένα βάρος 100kg και άλλα για βάρος 150kg. Θα ήταν καλύτερο να μην υποδεικνύεται ελάχιστο όριο αντοχής, αλλά προδιαγραφές για σωματικό βάρος μέχρι 150 κιλά.

Όσον αφορά την ειδική προϋπόθεση 4 της απολύμανσης, σας συνιστούμε να αλλάξετε το σημείο στο οποίο απαιτείται η πιστοποίηση που θα δοθεί από τον Ανάδοχο. Θα ήταν καλύτερο για τον Ανάδοχο να διαθέτει σύστημα πιστοποίησης ή να συνεργάζεται με μια εταιρεία που θα διέθετε σύστημα πιστοποίησης και θα ήταν σε θέση να πιστοποιήσει γραπτώς ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση.

Με εκτίμηση,

Νίκος Τσουρούλας

HOSPITAL BED ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΠΕ  
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΥΘ.Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ:6943581020

[sales@hospitalbed.gr](mailto:sales@hospitalbed.gr)