

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Υψηλάντου 45-47
10676 - ΑΘΗΝΑ
ΥΠ'ΟΨΗ: κου. Ι.ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

Μελίσσια, 18/12/2017/ΧΜ/ΧΝ

ΘΕΜΑ: Α' ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΠ 2015>> .

Κύριοι,

Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οίκου **FRESENIUS KABI**, επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στον επικείμενο πρόχειρο διαγωνισμό για ΣΑΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, όπως αυτός περιγράφεται στην Δημόσια διαβούλευση που το Νοσοκομείο σας έχει αναρτήσει .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 4

Προδιαγραφή : Το εξωτερικό κάλυμα (housing) των φίλτρων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία της μεμβράνης από φθορές (π.χ. δίπλωμα, τσάκισμα) που είναι δυνατόν να προκληθούν από πιέσεις που ασκούνται σε αυτή κατά την αποθήκευση και χρήση (π.χ. φυγοκέντρηση) και μπορεί να επηρεάσουν την υψηλή απόδοση του φίλτρου και την ασφάλεια των παραγώγων.

Παρατηρήσεις : Λόγω του ότι το συγκεκριμένο σύστημα ασκών τοποθετείται στην φυγόκεντρο, τα φίλτρα που είναι ενσωματωμένα σε αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα (από μαλακό εύκαμπτο υλικό) έτσι ώστε να μην προκαλούν σημαντικές πιέσεις στους ασκούς με συνέπεια την θραύση τους. Επιπλέον, τα ευκαμπτα φίλτρα έχουν την ιδιότητα να πιέζουν σχεδόν πλήρως το περιεχόμενό τους στο τέλος της λευκαφαίρεσης με αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή ανάκτηση των ερυθρών καθώς και των αιμοπεταλίων

Πρόταση για τροποποίηση : Το εξωτερικό κάλυμα (housing) των φίλτρων, θα πρέπει να είναι από εύκαμπτο υλικό το οποίο να εξασφαλίζει την προστασία των ασκών κατά την διαδικασία της φυγοκέντρησης και να μπορεί να αδειάζει το περιεχόμενο του στο τέλος της λευκαφαίρεσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση των ερυθρών καθώς και των αιμοπεταλίων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,


ΝΤΙΡΙΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

LERIVA ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ Α.Ε.
ΧΩΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
& ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ: Λ. ΠΗΓΗΣ 33 & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 6 - ΜΕΛΙΣΣΙΑ 15127
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300
ΥΠΟΚ/ΜΑ: 10α ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57001
Α.Φ.Μ.: 997985840 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6199886 - FAX: 210 6178733
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68194/1/ΑΤ/Β/09/0292