

**ΠΡΟΣ**  
**1<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –**  
**ΟΦΘΙΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –**  
**ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»**  
**Ν.Π.Δ.Δ.**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ**  
**ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
**Υπόψη: Χ. ΒΛΑΔΟΥ**  
**Υψηλάντου 4547 106 76 Αθήνα**  
**Τηλ: 213 204 1641**  
**Fax: 213 204 1838**

**Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016**  
**Αρ. πρωτ: 2016/Ε/Ο/78147/ΓΠ/βεγ**

**ΘΕΜΑ: Διενέργεια 1<sup>ης</sup> Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών από ΠΠΥΥ 2014 για Προμήθεια Ενδοσκοπίων (CPV 33168100-6)**

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση του εγγράφου σας που αφορά τη 1<sup>η</sup> Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για **ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ (CPV33168100-6)** με **Αρ. Πρωτ: 11/07/199/8049/17-3-2016** και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την **23/3/2016**, σας αποστέλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις μας:

**A/A 13 Καθετήρες Χρωμοενδοσκόπησης Κωδ: 05005005.**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Καθετήρες χρωμοενδοσκόπησης μήκους τουλάχιστον 240 εκ με έγχυση με μορφή καταιονισμού

Προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω προδιαγραφής ως κάτωθι:

Καθετήρες χρωμοενδοσκόπησης μήκους **τουλάχιστον 230 εκ** με έγχυση με μορφή καταιονισμού

Η αναφορά του συγκεκριμένου μήκους περιορίζει, χωρίς ουσιαστικό λόγο, τον ανταγωνισμό. Η διόρθωση αυτή δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες εταιρίες καθώς αυτό το μήκος είναι κατάλληλο για όλα τα ενδοσκόπια.

## **A/A 26 Αιμοστατικοί Ανεκκτήρες Μιας Χρήσης Κωδ.: 05008002**

### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Προφορτωμένα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μηχανισμού τοποθέτησης, μήκους 155 cm ή 235 cm. Να διαθέτουν άνοιγμα των σιαγώνων του κλιπ τουλάχιστον 11mm. Να έχουν την δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους, ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες απώλειες κατά την τοποθέτησή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας □ 2,8mm.

### **Προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω προδιαγραφής ως κάτωθι:**

Προφορτωμένα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μηχανισμού τοποθέτησης, **μήκους 155 cm ή 235 cm περίπου**. Να διαθέτουν άνοιγμα των σιαγώνων του κλιπ τουλάχιστον 11mm. Να έχουν την δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους, ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες απώλειες κατά την τοποθέτησή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας □ 2,8mm.

Η αναφορά του συγκεκριμένου μήκους περιορίζει, χωρίς ουσιαστικό λόγο, τον ανταγωνισμό. Η διόρθωση αυτή δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες εταιρίες καθώς το μήκος από 155cm έως 180cm είναι κατάλληλο για χρήση του υλικού μέσω γαστροσκοπίου και το μήκος από 230cm έως 240cm είναι κατάλληλο για χρήση του υλικού μέσω κολονοσκοπίου.

## **A/A 26 Μεταλλική Οισοφάγου μερικώς καλυμμένη χωρίς ακτινοσκόπηση Κωδ.: 05010009**

### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου από nitinol, με εξωτερική επικάλυψη πολυουρεθάνης και ειδικό μηχανισμό τοποθέτησής του με δυνατότητα απελευθέρωσής τους, εγγύς ή άπω (μέσω ράμματος). Η ενδοπρόθεση να διαθέτει ενδοσκοπικό δείκτη στον καθετήρα του ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή του ενδοσκοπικά και επιπλέον νήμα στα άκρα του ώστε να παρέχει δυνατότητα μετακίνησης ή αφαίρεσής της. Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη μήκους (10, 12, 15cm) με αντίστοιχη επικάλυψη 7, 9, 12 cm και διαμέτρους 18mm ή 23mm, με καθετήρα εισαγωγής 15Fr που καταλήγει σε 10 Fr και με τέσσερις ακτινοσκοπιούς δείκτες.

### **Προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω προδιαγραφής ως κάτωθι:**

- 1) Να τροποποιηθεί όρος **με εξωτερική επικάλυψη πολυουρεθάνης σε βιοσυμβατό υλικό (πολυουρεθάνη ή σιλικόνη)**
- 2) Να αφαιρεθεί ο όρος: **(μέσω ράμματος)**.

Με αυτές τις δυο τροποποιήσεις δίνετε η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες εταιρίες



Όσον αφορά τα υπόλοιπα είδη των τεχνικών προδιαγραφών δεν έχουμε να προτείνουμε κάποια παρατήρηση.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Μετά τιμής,  
Για την  
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ

Μαρία Καλογερού  
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος