

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Προς
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
Υψηλάντου 45-47, 106 76, Αθήνα
e-mail gdiax@evangelismos-hosp.gr

Θ Ε Μ Α : Πρόταση της εταιρείας Teleflex στη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»


Κύριοι,

Σχετικά με την **Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ** θα θέλαμε να σας επιστημόνουμε τα ακόλουθα.

Στα Α/Α 50,51,52,53 προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές «τα μακρυά θηκάρια αγγειογραφίας να είναι με ενσωματωμένη μεταλλική περιέλιξη έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ελικοειδή αγγεία καθώς επίσης και να μπορούν να κάνουν γωνία μεγαλύτερη ακόμη και απο 90 μοίρες χωρίς να τσακίζουν, διατηρώντας το αρχικό τους μέγεθος»

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με τιμή,
Για την Teleflex Medical Ελλάς Α.Ε.Ε.


TELEFLEX MEDICAL GREECE A.E.E.
(ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Α.Ε.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α ΚΗΦΙΣΗΣ 201, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 53, ΑΘΗΝΑ
Α ΔΟΥ 0210 25580, ΔΟΥ ΠΑΛΕ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΙ ΦΑΚ. 020177
ΤΗΛ: 020 87227, 020 6772311 - FAX: 020 6772311

Γιάννης Αναστασίου
Διευθύνων Σύμβουλος / Νόμιμος Εκπρόσωπος