

22 ΜΑΪΟΥ 2018

ΠΡΟΣ: Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Για την πληρέστερη κάλυψη του τμήματος προτείνουμε να προστεθούν τα παρακάτω:

- **Στην κατηγορία με A/A 8**

*Stent εκλύοντα Sirolimus με στοχευόμενη έκλυση του φαρμάκου προς την πλευρά του αγγείου που επιτυγχάνεται με τη μεγαλύτερου πάχους επένδυση του πολυμερούς PLLA από την πλευρά του stent που έρχεται σε επαφή με το αγγείο. Να διαθέτει μεταβλητό πάχος δοκίδων από 60μm έως 80μm. Με διάμετρο σε διαστάσεις από 2.25 έως 4.00, και μήκος από 9 έως 40.*

- **Στην κατηγορία με A/A 21**

*Να διατίθενται σε μεγέθη 4-7 F και μήκος από 11-23 cm. Με σύρμα 0,018" ή 0,025". Να διαθέτουν βελόνα παρακέντησης 20G ή 21G.*

- **Στην κατηγορία με A/A 25**

*Με ειδικό χώρο ασφαλείας που περιορίζει την εισαγωγή φουσαλίδων. Με χωρητικότητα 6ml -8ml-10ml-12ml-20ml*

- **Στην κατηγορία με A/A 26**

*Με πίεση 500psi (34BAR)*

- **Στην κατηγορία με A/A 31**

*Μονό stent περιτυλιγμένο από μεμβράνη πολυουρεθάνης.*

- **Στην κατηγορία με Α/Α 35**

Επικαλυμμένα με αντιεπαναστενωτική ουσία **Πακλιταξέλη**.

Επίσης ζητούμε την δημιουργία νέας κατηγορίας για « Πλήρως βιοαπορροφήσιμο μεταλλικό ικρίωμα από κράμα μαγνησίου, πλήρως επικαλυμμένο με βιοδιασπώμενο πολυμερές και αντιεπαναστενωτική ουσία *Sigolimus*. Το ικρίωμα να διατηρεί τα απαραίτητα μηχανικά χαρακτηριστικά του έως και για τρεις (3) μήνες και να απορροφάται πλήρως εντός 12 μηνών.

Με εκτίμηση,

Ζέτα Κλαπανάρα  
Διευθύνουσα Σύμβουλος