

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ PANEL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1. Υλικό κατασκευής	τρεις ενιαίες επιφάνειες χωρίς κενά για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση, κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας HPL
2. Υλικό πλαισίου και των αρθρώσεων	πλαίσιο του κάθε φύλλου και οι αρθρώσεις να είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο.
3. Βάρος (kgr)	Να αναφερθεί
4. Διαστάσεις (ΜxΥ)	Αναδιπλούμενο παραβάν τρίφυλλο, συνολικού μήκους 150 εκ. και ύψους 155 εκ. περίπου
5. Υλικό κατασκευής πάνελ	Πλενόμενο αδιαφανές βραδύκαυστο
6. Τροχήλατη βάση	α) διαστάσεις : (60εκ μήκος και 40εκ πλάτος) περίπου β) Τα αρθρωτά φύλλα να απέχουν τουλάχιστον 25 εκ. περίπου πάνω από το έδαφος, για τον εύκολο καθαρισμό του δαπέδου όταν το παραβάν βρίσκεται σε πλήρη έκταση
7. Καθαρισμός - απολύμανση	Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμάνεται πολύ εύκολα με αντοχή σε απολυμαντικά υγρά για συχνούς καθαρισμούς
8. Ποικιλία χρωμάτων	Να κατατεθεί προς επιλογή του χρώματος
9. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους	Ναι, αν ζητηθεί από την επιτροπή
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
1.	Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:15 ή EN ISO 13485:16 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη
2.	Οι κατασκευαστικοί οίκοι να είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:2015 ή ISO 13485:2016
3.	Εγγύηση δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 7 έτη
4.	Χρόνος παράδοσης 60 ημέρες
5.	Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΓΙΑ ΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ
ΤΜΗΜΑ