

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΓΕΝΙΚΑ

Επιτοίχιο Ροόμετρο οξυγόνου με υγραντήρα για χρήση στις Μονάδες του Νοσοκομείου με απευθείας σύνδεση στην κεντρική παροχή του νοσοκομείου.

Το σύστημα να περιλαμβάνει :

1. Ροόμετρο
2. Υγραντήρα

ΡΟΟΜΕΤΡΟ		
1	Ποιότητα κατασκευής	Υψηλής με μεγάλη ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και πτώσεις από ανοξείδωτο μέταλλο ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής.
2	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν
3	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
4	Συνεχή ρύθμιση της ροής μέσω περιστροφικού ρυθμιστή	0 έως 15 L / min περίπου
5	Διάταξη μέτρησης ροής	Υψηλής ακρίβειας, να περιγραφεί
6	Διάταξη συνεχούς ρύθμισης της παροχής	Υψηλής ακρίβειας
7	Κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του νοσοκομειακού δικτύου	ΝΑΙ
8	Δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή	ΝΑΙ
9	Ταχυσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης	ΝΑΙ
10	Θέσεις-έξοδοι	Δυο (2), εξαιρείται η θέση off-για νεφελοποιητή και μάσκα O ₂ (επιθυμητό)
11	Συμβατό με το πρότυπο ISO-EN15002	ΝΑΙ
12	Δυνατότητα αποστείρωσης	ΝΑΙ ,να περιγραφεί ο τρόπος
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ		
13	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν

14	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
15	Ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης του νερού	ΝΑΙ
16	Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου	ΝΑΙ
17	Ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό	ΝΑΙ
18	Ύγρανση του O ₂	Να αναφερθεί η όλη διαδικασία και θα αξιολογηθεί
19	Συμβατό με το πρότυπο ISO-EN15001	ΝΑΙ
20	Δυνατότητα αποστείρωσης	ΝΑΙ ,να περιγραφεί ο τρόπος
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		
21	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.	
22	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).	
23	Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά κατάλογος των αναλωσίμων και ανταλλακτικών για το παραπάνω είδος.	
24	Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.	
25	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
26	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	