

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ (ΔΑΚΤΥΛΟΥ)

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το φορητό οξύμετρο να είναι ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας Led με αισθητήρα δακτύλου χωρίς καλώδιο. Να συνοδεύεται από κορδόνι συγκράτησης ή/και θήκη για εύκολη μεταφορά.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Σήμανση CE	Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC
2. Βάρος	≤ 100 gr
3. Διαστάσεις	Να αναφερθούν
4. Λειτουργία με μπαταρίες	ΝΑΙ, η αντικατάστασή τους να γίνεται εύκολα από μη εξειδικευμένο προσωπικό
5. Αυτονομία μπαταριών	ΝΑΙ, να αναφερθεί
6. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας	ΝΑΙ
7. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής	ΝΑΙ
8. Ψηφιακή ένδειξη % κορεσμού οξυγόνου	ΝΑΙ
9. Εύρος μέτρησης κορεσμού	30%-99% περίπου
10. Ακρίβεια μέτρησης	≤ 3%. Να δοθούν στοιχεία
11. Ψηφιακή ένδειξη σφυγμού	ΝΑΙ
12. Εύρος μέτρησης σφυγμών	40-200 bpm περίπου
13. Ακρίβεια μέτρησης	≤ ± 2%. Να δοθούν στοιχεία
14. Ένδειξη καρδιακού ρυθμού	ΝΑΙ, σε μπάρα ή κυματομορφή
15. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους	ΝΑΙ εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης
16. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ENISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων	ΝΑΙ
13. Εγγύηση καλής λειτουργίας	Δυο έτη

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ