

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
(προϋπολογισμός : 4.000,00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ PLAN FLUOR		
1	ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ	40x/N.A.
2	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,75 περίπου
3	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	0,72 mm περίπου
4	Συμβατότητα	Δυνατότητα τοποθέτησης και λειτουργίας σε Μικροσκόπιο του Οίκου ΝΙΚΟΝ . Η συμβατότητα μπορεί να εξασφαλίζεται και μέσω ειδικού προσαρμογέα και άλλου οίκου. Η συμβατότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό θα προκύπτει από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE/MDD
5	Εγγύηση	2 έτη
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ PLAN FLUOR		
6	ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ	60x/0
7	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,85 περίπου
8	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	0,3 mm (cover glass correction 0,11-0,23 mm)
9	Συμβατότητα	Δυνατότητα τοποθέτησης και λειτουργίας σε Μικροσκόπιο του Οίκου ΝΙΚΟΝ . Η συμβατότητα μπορεί να εξασφαλίζεται και μέσω ειδικού προσαρμογέα και άλλου οίκου. Η συμβατότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό θα προκύπτει από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE/MDD
10	Εγγύηση	2 έτη

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ