

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΙΝΟΠΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Εύκαμπτο ινοοπτικό εξεταστικό ρινολαρυγγοσκόπιο για τις ανάγκες του Ωτορινολαρυγγολογικού Τμήματος. Να είναι πλήρως στεγανό να μπορεί να παραμένει ενός αντισηπτικού υγρού μέχρι 10 ώρες.

1.	Διαστάσεις.	Να αναφερθούν.
2.	Βάρος.	Να αναφερθεί.
3.	Εύρος Οράσεως.	85° πρόσθιας διεύθυνσης.
4.	Βάθος πεδίου.	5-50 mm
5.	Εξωτερική διάμετρος.	3,6 mm
6.	Μήκος εργασίας.	300mm με γωνιώσεις προς τα πάνω και κάτω 130°.
7.	Σύνδεση με επεξεργαστή εικόνας και μόνιτορ.	Ναι.
8.	Σύνδεση με αυτοπεριστρεφόμενη πηγή φωτισμού.	Ναι, η οποία να λειτουργεί με μπαταρία και να είναι μικρών διαστάσεων.
9.	Σύνδεση με πηγή ψυχρού φωτισμού.	Ναι, μέσω καλωδίου.
10.	Σύστημα anti-fopping	Ναι, να διαθέτει.
11.	CE-Mark	Να διαθέτει.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
2.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
3.	Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.
4.	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
5.	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)