

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ	
Στρώμα νοσηλευτικής κλίνης σχεδιασμένο για πρόληψη κατακλίσεων, ελαφρύ και άνετο κατάλληλο για την νοσοκομειακή κλίνη του Νοσοκομείου.	
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1. Διαστάσεις (cm)	200 x 90 x 12 περίπου
2. Βάρος (kg)	Όσο το δυνατό πιο ελαφρύ
3. Υλικό	Να αναφερθεί. Υψηλής πυκνότητας και αντοχής
4. Προσαρμογή στην κλίνη	ΝΑΙ Να ακολουθεί την κίνηση της κλίνης
5. Ανατομικές ζώνες	Να αναφερθούν. Σχεδιασμένο για την πρόληψη των κατακλίσεων
6. Κάλυμμα με φερμουάρ	Αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αντιστατικό, υψηλής αντοχής. Να περιγραφεί ο τρόπος απολύμανσης
7. Βραδύκαυστο	Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN597-1& EN 597-2
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
1. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων	
2. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03	
3. Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
4. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών για 7 έτη τουλάχιστον	
5. Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη	
6. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται	

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ