

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

| α/α      | ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                            | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Εξεταστική κλίνη υψηλής ποιότητας κατασκευής για νοσοκομειακή χρήση.</b> |                                                                                 |
| α        | Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)                                                       | 185X65X70 cm περίπου                                                            |
| β        | Βάρος κλίνης (Kg)                                                           | Να αναφερθεί                                                                    |
| γ        | Μέγιστο φορτίο (Kg)                                                         | Τουλάχιστον 150kgr                                                              |
| δ        | Σύστημα εκτύλιξης χάρτου                                                    | Να διαθέτει                                                                     |
| <b>2</b> | <b>ΣΚΕΛΕΤΟΣ</b>                                                             |                                                                                 |
| α        | Υλικό κατασκευής                                                            | Ανοξείδωτο μέταλλο υψηλής αντοχής ή μέταλλο αντίστοιχης ανθεκτικότητας          |
| β        | Σωλήνας σκελετού                                                            | Στρογγυλής διατομής 30mm τουλάχιστον ή τετράγωνης διατομής 30X30 mm τουλάχιστον |
| γ        | Υψηλής αντοχής                                                              | Να διαθέτει κατάλληλα δεσίματα για μέγιστη αντοχή                               |
| <b>3</b> | <b>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ</b>                                                 |                                                                                 |
| α        | Τμήματα                                                                     | Δυο, τμήμα σώματος και τμήμα κεφαλής                                            |
| β        | Πάχος επιφάνειας κατάκλισης                                                 | 50 mm περίπου                                                                   |
| γ        | Υλικό καλύμματος επιφάνειας κατάκλισης                                      | Υψηλής αντοχής, αδιάβροχο και βραδύκαυστο υλικό. Να αναφερθεί.                  |
| δ        | Υλικό στρώματος                                                             | Αφρώδες ελαστικό                                                                |
| ε        | Κίνηση τμήματος κεφαλής με μηχανισμό σταθεροποίησης                         | ΝΑΙ. Να λαμβάνει σταθερώς διάφορες θέσεις με τη βοήθεια ειδικής διατάξεως       |
| στ       | Εύρος κίνησης τμήματος κεφαλής                                              | 0-80° περίπου                                                                   |
| ζ        | Προσκέφαλο (Μπομπέ)                                                         | Αν διατίθεται να προσφερθεί προς επιλογή                                        |
| <b>4</b> | <b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</b>                                                         |                                                                                 |
| α        | Σήμανση CE για το τύπο και την κλάση του είδους που προσφέρεται             | Να κατατεθεί                                                                    |
| β        | Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08  | Να κατατεθεί                                                                    |
| γ        | Εγγύηση                                                                     | τουλάχιστον 5 χρόνια                                                            |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ