

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

| | | |
|-----------|---|--|
| A. | ΓΕΝΙΚΑ | |
| | Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης για τις ανάγκες του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΩΡΛ | |
| B. | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| 1. | Χωρητικότητα | 55 lt περίπου |
| 2. | Υψηλής ποιότητας κατασκευής | Ναι. Ανοξειδωτης κατασκευής |
| 3. | Εύρος θερμοκρασίας | έως 180 ° C περίπου |
| 4. | Σταθερότητα θερμοκρασίας | Να αναφερθεί |
| 5. | Ομοιομορφία θερμοκρασίας | Να αναφερθεί |
| 6. | Χρονοδιακόπτης | Να αναφερθεί |
| 7. | Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης | Να αναλυθεί |
| 8. | Σύστημα εξαερισμού | Να αναλυθεί |
| 9. | Μόνωση | Να αναλυθεί |
| 10. | Ψηφιακή οθόνη | Απεικόνιση :θερμοκρασία και χρόνος |
| 11. | Σύστημα θέρμανσης | Να αναλυθεί(ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή) |
| Γ. | | |
| 1. | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. | |
| 2. | Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). | |
| 3. | Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη. | |
| 4. | Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης. | |
| 5. | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) | |
| 6. | Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 | |

| | |
|----|---|
| | και ISO 13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |
| 7. | Εκπαίδευση για τους χρήστες (ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ) όπως και για τους τεχνικούς του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. |
| 8. | Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΠ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ