



9. Τράπεζα	Επίπεδη, εργονομική τράπεζα, ικανού μεγέθους και περιοχής μετακίνησης του παρασκευάσματος, να αναφερθεί και να περιγραφεί. Να διαθέτει προστατευτική επικάλυψη σάρωσης-περιστροφής και κίνησης καθ' ύψος και με άγκιστρο συγκράτησης δειγμάτων. Να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του συστήματος.
10. Σύστημα κοχλιών	Χαμηλά στη βάση του κορμού να υπάρχει αμφίπλευρο κατά προτίμηση, σύστημα κοχλιών για μακρομετρική και μικρομετρική ρύθμιση κινήσεων με ρύθμιση της ολίσθησης.
11. Διάταξη ρυθμιζόμενης φωτιστικής πηγής	Ναι, με κατάλληλο τροφοδοτικό με λυχνία LED. Να δοθούν στοιχεία της λυχνίας (ισχύς, ώρες λειτουργίας κτλ). Να διαθέτει ροοστάτη και διακόπτη ON-OFF και η αντικατάστασή της λυχνίας να είναι εύκολη χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων.
12. Προστατευτικό κάλυμμα	Ναι.
<b>Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</b>	
1.	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
2.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
3.	Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών με σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη.
4.	Χρόνος παράδοσης 60 ημέρες
5.	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
6.	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
7.	Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004.
8.	Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους κλπ, όπως αυτούς προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού).
9.	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα αναλάβει την εκπαίδευση των χρηστών (νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ) όπως και για τους τεχνικούς του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
10.	Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.