

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019  
Αρ. Πρωτ.: 892/04-06-2019

ΠΡΟΣ ΤΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : 3<sup>η</sup> ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Αξιότιμες Κυρίες Αξιότιμοι Κύριοι

Στα πλαίσια της 3<sup>ης</sup> διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για Συστήματα Προσδιορισμού Ομάδων Αίματος για το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας SafeBlood BioAnalytica A.E.

1. Ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές – χορηγητές να προσφέρουν δύο (2) συστήματα με διαφορετική μεθοδολογία.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες διαβουλεύσεις πιστεύουμε ότι χρειάζεται διευκρίνηση η παραπάνω προδιαγραφή. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε όταν αναφέρετε ότι πρέπει ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές-χορηγητές να προσφέρουν δύο συστήματα με διαφορετική τεχνολογία.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1**

**A/A:7**

Παρακαλώ να διευκρινιστεί περαιτέρω αν με την περιγραφή της εξέτασης «Υποομάδων» εννοείτε τον προσδιορισμό της Α υποομάδας. Επίσης, παρακαλώ να αναφέρετε τα αντιδραστήρια που θεωρεί απαραίτητα η Αιμοδοσία για την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας εξέτασης.

**A/A:8**

Παρακαλώ να διευκρινιστούν τα μεμονωμένα και τα συνδυασμένα αντιγόνα που ζητούνται στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ο ακριβής αριθμός του καθενός.

**A/A:9**

Παρακαλώ να διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός εξετάσεων για την Άμεση δοκιμασία Coombs και ξεχωριστά για την Έμμεση δοκιμασία Coombs καθώς πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές δοκιμασίες όπου χρησιμοποιούνται διαφορετικά αντιδραστήρια.

Με εκτίμηση

Για την SafeBlood BioAnalytica A.E.

SafeBlood BioAnalytica  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
ΙΛΙΣΙΩΝ 3Α-5, 115 28 ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΦΜ: 08998534-021, Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 64 00 318, Φ.Α.Σ.: 210 64 62 748  
info@sbbio.gr

Ειρήνη Καραπιδάκη

Product and Application Manger

Τομέας Αιμοδοσίας και Μεταγγισιοθεραπείας