

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 1100/08-07-2019

ΠΡΟΣ ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : 4^Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Αξιότιμες Κυρίες Αξιότιμοι Κύριοι

Στα πλαίσια της 4^{ης} διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για Συστήματα Προσδιορισμού Ομάδων Αίματος για το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας SafeBlood BioAnalytica A.E.

1. Ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές – χορηγητές να προσφέρουν δύο (2) συστήματα με διαφορετική μεθοδολογία.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες διαβουλεύσεις πιστεύουμε ότι χρειάζεται διευκρίνηση η παραπάνω προδιαγραφή. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε όταν αναφέρετε ότι πρέπει ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές-χορηγητές να προσφέρουν δύο συστήματα με διαφορετική τεχνολογία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1

A/A:8

Παρακαλώ να διευκρινιστούν τα μεμονωμένα και τα συνδυασμένα αντιγόνα που ζητούνται στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ο ακριβής αριθμός του καθενός.

A/A:9

Παρακαλώ να διευκρινιστεί ο τύπος της Έμμεσης δοκιμασίας Coombs, που αναφέρεστε, π.χ. ένα αντιδραστήριο από pool δοτών ή δύο ή τριών, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα διαφορετικά αντιδραστήρια, που συνήθως χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση ανάλογα με το τύπο των δειγμάτων προς διευκρίνηση (αιμοδοτών ή ασθενών).

Με εκτίμηση

Για την SafeBlood BioAnalytica A.E.

SafeBlood BioAnalytica
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΙΛΙΣΙΩΝ 3Α - 5 - ΑΘΗΝΑ, 115 28
ΑΦΜ: 099896534 - ΔΟΥ: Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 6400318 - ΦΑΞ: 210 64 62 748
e-mail: info@sbbio.gr
ΕΠΙΧΡ: 1548

Ειρήνη Καραπιτάκη

Product and Application Manger

Τομέας Αιμοδοσίας και Μεταγγισιοθεραπείας