

Αθήνα , 21/05/2019

Π ρ ο ς τ ο

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΘΕΜΑ :

2η Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΖΥΓΟ - ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με τη παρούσα και σε συνέχεια της ανωτέρω δημοσίευσης, η οποία αφορά την 2^η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΖΥΓΟ - ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι παραθέτουμε στην παρούσα επιστολή τις ακόλουθες παρατηρήσεις για τις υπό διαβούλευση προδιαγραφές:

Στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές στην ενότητα **3. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** στην προδιαγραφή **3.3** αναφέρεται **ανάδευση σε 3 διαστάσεις → ΝΑΙ**.

Παρατηρήσεις:

Βάσει της συγκεκριμένης προδιαγραφής απαιτείται αποκλειστικά από την προς προμήθεια συσκευή να κάνει ανάδευση των ασκών κατά την αιμοδοσία σε τρεις διαστάσεις για την καλύτερη ανάμιξη του αντιπηκτικού με το προς συλλογή αίμα. Με την συγκεκριμένη απαίτηση όμως για τον τρόπο ανάδευσης αποκλείονται συσκευές που πραγματοποιούν αποτελεσματικότερη ανάδευση σε δύο διαστάσεις και όχι σε τρεις.

Για λόγους πληρέστερου ανταγωνισμού λοιπόν προτείνουμε όπως η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιηθεί ως εξής:

3.3 ανάδευση σε τρεις διαστάσεις → ΝΑΙ διαφορετικά να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική ανάδευση του ασκού με το αντιπηκτικού μέσω συνεχούς ανάδευσης του δίσκου.

Με εκτίμηση,

Ολγα Λάρδα

Διευθύντρια Τμ. Αιμοφαίρεσης/ Αιμοδοσίας
& Ενδοσκοπικών Προϊόντων



Rontis Hellas A.E.B.E.

Υποκατάστημα: 11ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανίων, 57001 Θέρμη

T: 2310 477122, 2310 477130 / F: 2310 471899 / E: infohellas@rontis.com / U: www.rontis.gr