

**ΠΡΟΣ:** ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

**ΥΠΟΨΙΝ:** ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
email: bioiatriki2002@yahoo.com

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2016

**ΘΕΜΑ:** Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Μονιτορ με Κεντρικό Σταθμό μονάδας ΑΚΑ & ΝΡΧ

Κύριοι,

Θα θέλαμε μέσω της παρούσης επιστολής να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των Μονιτορ με Κεντρικό Σταθμό μονάδας ΑΚΑ & ΝΡΧ, που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο.

Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα monitors του κατασκευαστικού οίκου Phillips Medical Systems, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους διεθνώς, με πλείστες όσες εγκαταστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα:

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

1. Παράγραφος 20 των προδιαγραφών

Ζητείται:

«Διασύνδεση με intranet νοσοκομείου→ ΝΑΙ μέσω ενσωματωμένου web browser στον Κεντρικό Σταθμό ή στα monitors ».

Θεωρούμε ότι η διασύνδεση με το intranet του νοσοκομείου μπορεί να γίνει και από ανεξάρτητο σταθμό εργασίας, ο οποίος θα βρίσκεται στη στάση αδελφών χωρίς να επηρεάζεται το κλινικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως αποτελεί πλεονέκτημα καθώς δεν παρεμβάλεται και δεν παρεμποδίζει την παρακολούθηση των ασθενών.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«Διασύνδεση με intranet νοσοκομείου→ ΝΑΙ μέσω ενσωματωμένου web browser στον Κεντρικό Σταθμό ή σε ανεξάρτητο σταθμό εργασίας ή στα monitors ».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,  
Για τη Santair Α.Ε.



Γιάννης Κλεώπας  
Δντης Marketing  
Νοσοκομιακό Τμήμα