

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1. Να είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους ασκών αίματος.	Ναι
2. Να λειτουργεί με ρεύμα 100-240V / 50-60Hz	Ναι
3. Να είναι εύκολος στον χειρισμό	Ναι, να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή.
4. Να είναι ελαφρύς	Μικρότερος από 1000 gr
5. Να διαθέτει ζεύγος κυλίνδρων με σύστημα καθοδήγησης.	Ναι
6. Αυτόματο κεντράρισμα των σωληνίσκων	Ναι
7. Να λειτουργεί είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα	Ναι
8. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως επιτραπέζιος	Ναι, να προσφερθεί προς επιλογή
9. Να συνοδεύεται από βαλιτσάκι μεταφοράς	Ναι
10. Να διαθέτει Σήμανση CE	Ναι, να κατατεθεί
11. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων	Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά
12. Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη της συσκευής	Δυο (2) έτη

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**